名称：淄博市检验检测计量研究总院

地址：山东省淄博市张店区共青团西路 98 号

注册号：CNAS L0023

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 09 月 28 日　　截止日期：2028 年 12 月 30 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
一、几何量							
1	针规	长度	针规、三针校准规范 JJF 1207	针规：Φ（0.1～25）mm	U=0.5 μm		2026-09-28
2	电子水平仪、合像水平仪	角度	电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG 103	电子水平仪：（-10mm/m～+10mm/m）	U=0.5 μm/m		2026-09-28
				合像水平仪：（0～10）mm/m	U=2.7 μm/m		2026-09-28
3	水准标尺	长度	水准标尺检定规程 JJG8	（0～5）m	U=0.3mm		2026-09-28
4	*圆度仪	圆度	圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG429	（0.355～10.9）μm	U_{rel}=5.1%		2026-09-28

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*投影仪	长度	投影仪校准规范 JJF1093	(0～200)mm	U=1μm+4×10^{-6}L		2026-09-28
6	平晶	平行度	平晶检定规程 JJG28	H(15～91)mm	U=0.3μm		2026-09-28
		平面度		D(30～100)mm	U=0.02μm		2026-09-28
7	*平板	平面度	平板检定规程 JJG117	（160×160～630×400）mm	U=1.0μm		2026-09-28
				（630×400～1600×1000）mm	U=1.8μm		2026-09-28
				（1600×1000～2500×1600）mm	U=2.5μm		2026-09-28
				（2500×1600～4000×2500）mm	U=4.0μm		2026-09-28
8	*平尺	直线度	平尺校准规范 JJF1097	(300～5000)mm	U=0.5μm+0.3×10^{-6}L		2026-09-28
9	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG62	(0～0.10)mm	U=2.0μm		2026-09-28
				(0.10～3)mm	U=2.7μm		2026-09-28
10	内径千分尺	长度	内径千分尺检定规程 JJG22	(50～2000)mm	U=2μm+4×10^{-6}L		2026-09-28
11	量块	长度	量块检定规程 JJG146	（0.5～100)mm	U=0.1μm+1×10^{-6}L(k=2.6)		2026-09-28
				(100～1000)mm	U=0.2μm+2×10^{-6}L(k=2.6)		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
12	*通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG30	(0～500)mm	U=0.01mm		2026-09-28
				(500～2000)mm	U=（0.02～0.05）mm		2026-09-28
13	*高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG31	(0～500)mm	U=0.01mm		2026-09-28
				(500～1000)mm	U=0.02mm		2026-09-28
14	*通用角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF1959	0° ～360°	U=1′		2026-09-28
15	*指示表	长度	指示表检定规程 JJG 34	百分表:(0～10)mm	U=6μm		2026-09-28
				百分表：(10～50)mm	U=8μm		2026-09-28
				指针式千分表:(0～1)mm	U=1.7μm		2026-09-28
				指针式千分表:(1～5)mm	U=3.3μm		2026-09-28
				数显千分表：（0～30）mm	U=2.3μm		2026-09-28
16	框式水平仪、条式水平仪	角度	框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF1084	（0.02～0.05）mm/m	U_{rel}=6%		2026-09-28
17	*光学计	长度	光学计检定规程 JJG45	(-100～+100)μm	U=0.10μm		2026-09-28
18	*测长仪	长度	测长仪校准规范 JJF1189	(0～100)mm	U=0.2μm+0.6×10^{-6}L		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
19	*工具显微镜	长度	工具显微镜检定规程 JJG56	(200×100)mm	U=（0.2～1.6）μm		2026-09-28
20	内径表	长度	内径表校准规范 JJF1102	(6～200)mm	U=4μm		2026-09-28
21	杠杆百分表	长度	杠杆表检定规程 JJG35	(0～0.8)mm	U=3μm		2026-09-28
22	千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG21	（0～500）mm	U=2μm+6×10^{-6} L		2026-09-28
				校对杆：（25～475）mm	U=0.7μm+1.1×10^{-6} L		2026-09-28
23	深度千分尺	长度	深度千分尺检定规程 JJG24	(0～100)mm	U=2μm		2026-09-28
24	*杠杆千分尺	长度	杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG26	(0～100)mm	U=2μm		2026-09-28
25	*公法线千分尺	长度	公法线千类分尺检定规程 JJG82	(0～200)mm	U=2μm		2026-09-28
26	*测量内尺寸千分尺	长度	测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411	(5～200)mm	U=2μm+6×$10^{-6}L$		2026-09-28
27	*指示类量具检定仪	长度	指示类量具检定仪检定规程 JJG201	(0～25)mm	U=0.6μm		2026-09-28
28	水准仪	角度	水准仪检定规程 JJG425	-25″～+25″	U=2.4″		2026-09-28
29	经纬仪	角度	光学经纬仪检定规程 JJG414	0°～360°	U=1.3″		2026-09-28
30	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG4	(0～200)m	U=0.2mm+5×$10^{-6}L$		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
31	直角尺	垂直度	直角尺检定规程 JJG7	（0～1000）mm	U=1.8 μm		2026-09-28
32	刀口形直尺	直线度	刀口形直尺检定规程 JJG63	（0～175）mm	U=0.4 μm		2026-09-28
				（200～275）mm	U=0.5 μm		2026-09-28
				（300～500）mm	U=0.8 μm		2026-09-28
33	表面粗糙度比较样块	粗糙度	表面粗糙度比较样块校准规范 JJF1099	Ra（100～0.012） μm	U_{rel}=7%		2026-09-28
34	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG343	塞规：（0.1～500）mm	U=1 μm+6×10^{-6}L		2026-09-28
				环规：（2～500）mm	U=0.6 μm+3×10^{-6}L		2026-09-28
35	圆柱螺纹量规	长度	圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345	螺纹塞规：（2～100）mm	U=3.4 μm		2026-09-28
				螺纹塞规：（100～600）mm	U=3.5 μm+0.6×10^{-6}L		2026-09-28
				螺纹环规：（3～300）mm	U=2.5 μm		2026-09-28
36	*测长机	长度	测长机校准规范 JJF1066	微米刻度尺：（-100～+100） μm	U=0.06 μm		2026-09-28
				毫米刻度尺：(0～100)mm	U=0.2 μm+0.6×10^{-6}L		2026-09-28
				分米刻度尺：（100～3000）mm	U=0.2 μm+1.2×10^{-6}L		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
37	*坐标测量机	长度	坐标测量机校准规范 JJF1064	(0～1000)mm	U=0.5μm+3×$10^{-6}L$	只测：尺寸测量示值误差(不包括影像系统)	2026-09-28
38	*触针式表面粗糙度测量仪	粗糙度	触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105	Ra：0.1μm	U_{rel}=6.2%		2026-09-28
				Ra：(0.2～2.4)μm	U_{rel}=4.2%		2026-09-28
39	电子经纬仪	角度	全站型电子速测仪检定规程 JJG100	(0～360)°	U=1.3″		2026-09-28
40	纤维卷尺	长度	纤维卷尺、测绳检定规程 JJG5	(0～200)m	U=0.3mm+1×$10^{-4}L$		2026-09-28
41	*读数显微镜、测量显微镜	长度	读数、测量显微镜检定规程 JJG571	读数显微镜：(0～8)mm	U=2.0μm		2026-09-28
				测量显微镜：(0～50)mm	U=1.7μm		2026-09-28
42	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG1	(0～1000)mm	U=0.06mm		2026-09-28
43	焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF2161	宽度尺：(0～60)mm	U=0.13mm		2026-09-28
				主尺标尺：(0～50)mm	U=5μm		2026-09-28
				咬边深度尺：(0～30)mm	U=0.03mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				数显高度尺：(0～60)mm	U=0.011mm		2026-09-28
				游标高度尺：（0～60）mm	U=0.05mm		2026-09-28
				间隙尺：(0～10)mm	U=0.05mm		2026-09-28
		角度		0°～320°	U=8′		2026-09-28
44	水平尺	角度	水平尺校准规范 JJF1085	（0.5～10）mm/m	U_{rel}=8%		2026-09-28
45	标准环规	长度	标准环规检定规程 JJG894	D(2～100）mm	U=0.6μm+3×$10^{-6}L$		2026-09-28
46	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF1175	(0.040～4)mm	U=2μm		2026-09-28
				(4～125)mm	U=0.03mm		2026-09-28
47	螺纹样板	长度	螺纹样板检定规程 JJG60	P(0.4～6)mm	U=3μm		2026-09-28
48	半径样板	长度	半径样板校准规范 JJF 2187	R：（0.1～100）mm	U=4.9μm+2×10^{-4} L		2026-09-28
49	大尺寸外径千分尺	长度	大尺寸外径千分尺校准规范 JJF1088	(500～1000)mm	U=1μm+8×$10^{-6}L$		2026-09-28
				校对杆：(500～1000)mm	U=0.7μm+1.1×10^{-6} L		2026-09-28
50	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF1126	(0.5～200)mm	U=0.04mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
51	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818	覆层厚度测量仪：（0～10000）μm	U=0.2μm+1.6×10^{-3} H		2026-09-28
				标准厚度片：(0～50) μm	U=0.3μm		2026-09-28
				标准厚度片：（50～10000）μm	U=0.4%H		2026-09-28
52	影像测量仪	长度	影像测量仪校准规范 JJF1318	（0～200）mm	U=0.4μm+2×10^{-6}L		2026-09-28
53	漆膜划格器	长度	漆膜划格器校准规范 JJF 2163	刀间距（1～3）mm	U=3μm		2026-09-28
		角度		(20～30)°	U=7′		2026-09-28
54	楔形塞尺	长度	楔形塞尺校准规范 JJF1548	Ⅰ型楔形塞尺：(0～60)mm	U=11μm		2026-09-28
				数显楔形塞尺：(0～40)mm	U=10μm		2026-09-28
				Ⅱ型楔形塞尺：(0～15)mm	U=5μm		2026-09-28
55	建筑工程质量检测器组	角度	建筑工程质量检测器组校准规范 JJF1110	坡度尺：(0～15)mm/m	U=0.2mm/m		2026-09-28
				垂直度检测尺：(-15～15)mm/2m	U=0.5mm/2m		2026-09-28
		长度		对角检测尺：(1～3)m	U=0.2mm		2026-09-28
				百格网：(120～240)mm	U=0.2mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
56	圆锥螺纹量规	长度	圆锥螺纹量规校准规范 JJF 2279	（3～200）mm	U=3.4 μm		2026-09-28
57	*关节臂式坐标测量机	长度	关节臂式坐标测量机校准规范 JJF 1408	（0～1000）mm	U=5 μm+2×$10^{-6}L$		2026-09-28
58	倾角仪	角度	倾角仪校准规范 JJF 1915	电子数显倾角仪：（-90～+90）°	U=0.01°		2026-09-28
				光学倾斜仪：（-90～+90）°	U=6.8″		2026-09-28
59	面差尺	长度	面差尺校准规范 JJF(皖) 116	游标面差尺、数显面差尺：（-50～+50）mm	U=0.01mm		2026-09-28
				塑料定值面差尺：（0～50）mm	U=5 μm		2026-09-28
60	表面轮廓表	长度	表面轮廓表校准规范 JJF 1476	(0～6.5)mm	U=1.7 μm		2026-09-28
61	圆锥尺	长度	圆锥尺校准规范 JJF(皖) 89	（1～60）mm	U=0.01mm		2026-09-28
62	冲击试样缺口投影仪	角度	冲击试样缺口投影仪校准规范 JJF(晋) 159	缺口夹角：（43～47）°	U=2′		2026-09-28
		长度		圆弧半径：（11.25～53.5）mm	U=5 μm		2026-09-28
				物镜：50×	U_{rel}=0.34%		2026-09-28
63	曲轴量表	长度	曲轴量表校准规范 JJF(陕) 064	（60～500）mm	U=5.3 μm		2026-09-28
64	橡胶、塑料薄膜测厚仪	长度	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488	橡胶测厚仪：（0～30）mm	U=4 μm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				塑料薄膜测厚仪：(0～1)mm	U=4μm		2026-09-28
65	数显测高仪	长度	数显测高仪校准规范 JJF 1254	（0～1000）mm	U=0.2μm+1.6×10^{-6} L		2026-09-28
66	厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	(0 ～30)mm	U=5μm		2026-09-28
67	带表卡规	长度	带表卡规校准规范 JJF 1253	(0～100)mm	U=15μm		2026-09-28
68	扭簧比较仪	长度	扭簧比较仪检定规程 JJG 118	（-100～+100） μm	U=0.06μm		2026-09-28
69	机械式比较仪	长度	机械式比较仪检定规程 JJG 39	（-30～+30） μm	U=1.4μm		2026-09-28
70	百分表式卡规	长度	百分表式卡规检定规程 JJG 109	(0 ～1000)mm	U=3.2μm		2026-09-28
71	光学接触角测量仪	角度	光学接触角测量仪校准规范 JJF 2099	（30～120）°	U=0.11°		2026-09-28
二、热学							
1	热能表	热量	热能表检定规程 JJG225	流量：DN(15～80)mm ，（0.015～100）m^3/h，温差：（2～92）K	U_{rel}=0.78%		2026-09-28
三、力学							
1	*重力式自动装料衡器	质量	重力式自动装料衡器检定规程 JJG564	5g～60kg	U=10mg～26g		2026-09-28
2	*液态物料定量灌装机	质量	液态物料定量灌装机检定规程 JJG687	5g～250kg	U_{rel}=0.07%～0.13%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		容量		5mL～250L	U_{rel}=0.04%～0.12%		2026-09-28
3	*浮标式氧气吸入器	压力	浮标式氧气吸入器检定规程 JJG913	(0～25)MPa	U=0.4MPa		2026-09-28
		流量		(1～10)L/min	U_{rel}=3%		2026-09-28
4	量仪测力计	力值	专用工作测力机校准规范 JJF1134	（0.01～15）N	U_{rel}=0.8%		2026-09-28
5	*电梯限速器测试仪	速度	电梯限速器测试仪校准规范 JJF1374	(1.000～3.500)m/s	U_{rel}=0.15%		2026-09-28
6	冷水水表	流量	饮用冷水水表检定规程 JJG 162	DN(15～50)mm；(0.03～30)m^3/h	U_{rel}=0.25%		2026-09-28
7	界面张力仪	张力	界面张力仪校准规范 JJF1464	(5～4000)mN/m	U_{rel}=0.68%		2026-09-28
8	工作玻璃浮计	密度	工作玻璃浮计检定规程 JJG 42	（650～1500）kg/m^3	U=0.22kg/m^3	只测密度计、石油密度计	2026-09-28
9	浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG257	气体：（0.016～12）m^3/h	U_{rel}=0.7%		2026-09-28
10	*油气回收系统	流量	加油站油气回收系统检测技术规范 JJF2020	（10～120）L/min	U_{rel}=0.8%		2026-09-28
		压力		（-2500～2500）Pa	U=1.9Pa		2026-09-28
四、电磁学							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*耐电压测试仪	直流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG795	（1～15）kV	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
		交流电压		（1～15）kV，50Hz	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
		直流电流		（0.5～200）mA	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
		交流电流		（0.5～200）mA，50Hz	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
		电压持续时间		（1～90）s	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
2	*接地导通电阻测试仪	直流电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG984	(100～1000)mΩ	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
		交流电阻		(100～1000)mΩ;50Hz	U_{rel}=0.65%		2026-09-28
		直流电流		(5～25)A	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
		交流电流		(5～25)A，50Hz	U_{rel}=0.12%		2026-09-28
3	*泄漏电流测试仪	电流	泄漏电流测试仪检定规程 JJG843	(0.2～20)mA,50Hz	U_{rel}=0.27%		2026-09-28
				(0.2～20)mA,DC	U_{rel}=0.26%		2026-09-28
		电压		(1～250)V,DC	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
				(1～250)V,50Hz	U_{rel}=0.2%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电阻		（0.5～2000)kΩ	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
		交流阻抗		（ 0.5～2000）kΩ (10Hz～1MHz)	U_{rel}=0.8%～0.4%		2026-09-28
		传输阻抗频率响应		(0～65)dB(10Hz～1MHz)	U=0.1dB		2026-09-28
4	*电子式绝缘电阻表	电阻	电子式绝缘电阻表检定规程 JJG1005	(0.1～10)MΩ	U_{rel}=0.36%		2026-09-28
				(10～100)MΩ	U_{rel}=0.62%		2026-09-28
				(100～1000)MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				(1000～10000)MΩ	U_{rel}=0.38%		2026-09-28
		电压		(100～5000)V	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
5	*安规综合测试仪	直流电压（耐压）	安规综合测试仪校准规范 JJF（电子)0004	（1～15）kV	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
		交流电压（耐压）		（1～15）kV，50Hz	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
		直流电流（耐压）		（0.5～200）mA	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
		交流电流（耐压）		（0.5～200）mA，50Hz	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
		时间(耐压)		（1～90）s	U_{rel}=1.0%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流（泄漏电流）		(0.2～20）mA，50Hz	U_{rel}=0.27%		2026-09-28
		直流电流（泄漏电流）		(0.2～20）mA	U_{rel}=0.26%		2026-09-28
		直流电压（泄漏电流）		(1～250）V	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
		交流电压（泄漏电流）		(1～250）V,50Hz	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
		直流电阻（接地）		(100～1000)mΩ	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
		交流电阻（接地）		(100～1000)mΩ，50Hz	U_{rel}=0.65%		2026-09-28
		交流电流（接地）		(5～25)A；50Hz	U_{rel}=0.16%		2026-09-28
		直流电流（接地）		(5～25)A	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
		绝缘电阻		（10～100）MΩ	U_{rel}=2.3%		2026-09-28
				（100～ 1000）MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
6	高绝缘电阻测量仪（高阻计）	电阻	高绝缘电阻测量仪（高阻计）校准规范 JJF 2225	(10～100)MΩ	U_{rel}=0.62%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～1000)MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				(1～10)GΩ	U_{rel}=3.8%		2026-09-28
				(10～100)GΩ	U_{rel}=8.8%		2026-09-28
		电压		(100～1000)V	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
7	*交流数字功率表	功率	交流数字功率表检定规程 JJG780	100mA～20A,20mV～300V,50Hz,PF=1	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
8	*数字式交流电参数测量仪	电压	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJF1491	(200～2000)mV，45Hz～65Hz	U_{rel}=0.042%		2026-09-28
				(2～200)V，45Hz～65Hz	U_{rel}=0.058%		2026-09-28
				(200～1000)V,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.067%		2026-09-28
		电流		（5～200）mA,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
				（200～2000）mA,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.52%		2026-09-28
				（2～20）A,45Hz～65Hz	U_{rel}=0.64%		2026-09-28
		功率		10mA～100A，0.1V～1000V，45Hz～65Hz，PF=1	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
		频率		（45～65）Hz	U_{rel}=0.04%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		功率因数		0～1，45Hz～65Hz	U=0.002		2026-09-28
9	*剩余电流测试仪	电流	剩余电流测试仪校准方法 ZBJL CZE 029	(2～500)mA，50Hz	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
10	*三用表校验仪	直流电压	三用表校验仪检定规程 JJG(鲁)48	（0.05～1000）V	U_{rel}=0.03%		2026-09-28
		交流电压		（0.1～1000）V，50Hz	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
		直流电流		0.1mA～20A	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
		交流电流		0.1mA～20A，50Hz	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
		电阻		1Ω～1000MΩ	U_{rel}=0.03%		2026-09-28
11	直流电位差计	电压	直流电位差计检定规程 JJG123	10mV～0.2V	U_{rel}=0.15%		2026-09-28
12	*直流电桥	电阻	直流电桥检定规程 JJG125	(0.01～100.01)Ω	U_{rel}=0.52%		2026-09-28
				(100.01～100000.01)Ω	U_{rel}=0.23%		2026-09-28
13	直流低电阻表	电阻	直流低电阻表检定规程 JJG837	(0.01～0.11)Ω	U_{rel}=5.8%		2026-09-28
				（0.11～1.01）Ω	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				（1.01～10.01）Ω	U_{rel}=0.12%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（10.01～100.01）Ω	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
				（100.01～100000.01）Ω	U_{rel}=0.02%		2026-09-28
14	直流电阻箱	电阻	直流电阻箱检定规程 JJG982	(0.01～0.11) Ω	U_{rel}=6.1%		2026-09-28
				(0.11～1.01) Ω	U_{rel}=0.62%		2026-09-28
				(1.01～10.01) Ω	U_{rel}=0.25%		2026-09-28
				(10.01～100.01) Ω	U_{rel}=0.097%		2026-09-28
				(100.01～10000.01) Ω	U_{rel}=0.0062%		2026-09-28
15	*电流表	直流电流	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124	(0.1～200)mA	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
				(200～2000)mA	U_{rel}=0.52%		2026-09-28
				(2～20)A	U_{rel}=0.64%		2026-09-28
		交流电流		(5～200) mA，50Hz	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
				(200～2000)mA，50Hz	U_{rel}=0.52%		2026-09-28
				(2～20)A，50Hz	U_{rel}=0.64%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
16	*电压表	直流电压	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124	(100～200)mV	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
				(200～2000)mV	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
				(2～200) V	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
				(200～1000) V	U_{rel}=0.08%		2026-09-28
		交流电压		(100～200) mV，50Hz	U_{rel}=0.07%		2026-09-28
				(200～2000)mV，50Hz	U_{rel}=0.042%		2026-09-28
				(2～200) V，50Hz	U_{rel}=0.058%		2026-09-28
				(200～1000) V，50Hz	U_{rel}=0.067%		2026-09-28
17	*功率表	交流功率	电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124	10mA～20A，0.1V～1000V，45Hz～65Hz，PF=1	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
18	机电式交流电能表	电能	安装式交流电能表检定规程 JJG596	单相：100mA～120A，57.7V～220V，50Hz，cos Φ=1.0、0.5(L)、0.5(C)	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cos Φ=1.0,平衡负载	U_{rel}=0.15%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(L)、0.8(C)，平衡负载	U_{rel}=0.16%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(C)，平衡负载	U_{rel}=0.17%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=1.0，不平衡负载	U_{rel}=0.15%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(L),不平衡负载	U_{rel}=0.16%		2026-09-28
19	电子式交流电能表	电能	安装式交流电能表检定规程 JJG596	单相：100mA～120A，57.7V～220V，50Hz，cosΦ=1.0、0.5(L)、0.5(C)	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=1.0,平衡负载	U_{rel}=0.13%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(L)、0.8(C),平衡负载	U_{rel}=0.14%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(C),平衡负载	U_{rel}=0.15%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=1.0，不平衡负载	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
				三相：3×(100mA～120A)，3×(57.7V～380V)，50Hz，cosΦ=0.5(L),不平衡负载	U_{rel}=0.14%		2026-09-28
20	测量用电流互感器	比值差	测量用电流互感器检定规程 JJG313	（5～2000）A/5A	U_{rel}=0.03%		2026-09-28
		相位差		（0～999.9）′	U=0.8′		2026-09-28
21	*绝缘电阻表	电阻	绝缘电阻表检定规程 JJG622	(0.1～10)MΩ	U_{rel}=0.36%		2026-09-28
				(10～100)MΩ	U_{rel}=0.62%		2026-09-28
				(100～1000)MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1000～10000)MΩ	U_{rel}=3.8%		2026-09-28
		电压		(100～5000)V	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
22	*接地电阻表	电阻	接地电阻表试行检定规程 JJG366	(0.01～0.11) Ω	U_{rel}=2.3%		2026-09-28
				(0.11～1.01) Ω	U_{rel}=0.58%		2026-09-28
				(1.01～100.01) Ω	U_{rel}=0.12%		2026-09-28
				(100.01～1000.01) Ω	U_{rel}=0.29%		2026-09-28
				(1000.01～10000.01) Ω	U_{rel}=0.32%		2026-09-28
23	钳形接地电阻仪	电阻	钳形接地电阻仪检定规程 JJG1054	（1～10） Ω	U_{rel}=3.2%		2026-09-28
				（10～100） Ω	U_{rel}=2.2%		2026-09-28
				（100～1000） Ω	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
24	*回路电阻测试仪	电阻	回路电阻测试仪检定规程 JJG1052	(5～100) μΩ	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
				(101～1000) μΩ	U_{rel}=0.24%		2026-09-28
				(1001～2000) μΩ	U_{rel}=0.09%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		电流		(1～200)A	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
		时间		（1～100）s	U=1s		2026-09-28
25	*直流电阻测试仪	电阻	直流电阻测试仪检定规程 JJG1205	(1～100)mΩ	U_{rel}=0.32%	只测0.2级及以下	2026-09-28
				(0.101～10)Ω	U_{rel}=0.29%		2026-09-28
				(10.001～20)Ω	U_{rel}=0.12%		2026-09-28
		电流		(1～200)A	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
26	过程仪表校验仪	直流电压（测量）	过程仪表校验仪校准规范 JJF1472	10mV～3.299999V	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
				(3.299999～32.99999)V	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
				(32.99999～329.999)V	U_{rel}=0.03%		2026-09-28
		直流电流（测量）		329.999μA～3.29999mA	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
				(3.29999～32.9999)mA	U_{rel}=0.12%		2026-09-28
				(32.9999～110)mA	U_{rel}=0.14%		2026-09-28
		交流电压（测量）		（0.33～3.29999）V，(45Hz～10kHz)	U_{rel}=0.14%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（3.3～32.9999）V，(45Hz～10kHz)	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
				(33～329.999)V，(45Hz～10kHz)	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
		直流电阻（测量）		(1～10.9999) Ω	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
				11Ω～10.99999 kΩ	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
		直流电压（输出）		(10～200)mV	U_{rel}=0.004%		2026-09-28
				200mV～2V	U_{rel}=0.0021%		2026-09-28
				(2～20)V	U_{rel}=0.0025%		2026-09-28
		直流电流（输出）		(2～20)mA	U_{rel}=0.015%		2026-09-28
		直流电阻（输出）		(5～20) Ω，	U_{rel}=0.015%		2026-09-28
				20Ω～11kΩ	U_{rel}=0.004%		2026-09-28
		交流电流（测量）		(0.33～3.2999)mA，(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
				(3.3～32.999)mA，(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
				(32.999～110)mA，(45Hz～1kHz)	U_{rel}=0.08%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率（输出）		1Hz～10kHz	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
		频率(测量)		1Hz～10kHz	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
		温度（热电偶模拟输出）		-250℃～1800℃	U=0.3℃		2026-09-28
		温度(热电偶测量)		-250℃～1800℃	U=0.3℃		2026-09-28
		温度（热电阻测量）		-200℃～850℃	U=0.2℃		2026-09-28
		温度（热电阻模拟输出）		-200℃～850℃	U=0.2℃		2026-09-28
27	钳形电流表	直流电流	钳形电流表校准规范 JJF1075	(0.5～20)A	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
				(20～1000)A	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
		交流电流		(0.5～20)A ，50Hz	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
				(20～1000)A,50Hz	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
28	*电动汽车非车载充电机	电能	电动汽车非车载充电机（试行）检定规程 JJG1149	(30～1000)V,(1～250)A	U_{rel}=0.2%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		00h00min00s～23h59min59s	U=2s		2026-09-28
29	*电动汽车交流充电桩	电能	电动汽车交流充电桩（试行）检定规程 JJG1148	3×(57.7～220)V,(0.5～60)A,cos Φ=1.0,（ 45～60 ）Hz	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
		时钟时刻		00h00min00s～23h59min59s	U=2s		2026-09-28
30	测量用电压互感器	比差值	测量用电压互感器检定规程 JJG314	（10/√3～35）kV/（100、100/√3）V，20%Un	U_{rel}=0.12%		2026-09-28
				（10/√3～35）kV/（100、100/√3）V，50%Un	U_{rel}=0.09%		2026-09-28
				（10/√3～35）kV/（100、100/√3）V，(80～120)%U_h	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
		角差值		（0.00～900.0）′，20%Un	U=4.8′		2026-09-28
				（0.00～900.0）′，50%Un	U=3.6′		2026-09-28
				（0.00～900.0）′，(80～120)%Un	U=2.4′		2026-09-28
31	电压监测仪	交流电压	电压监测仪校准规范 JJF(浙)1098	（10～380）V,50Hz	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
		日差		(0～10)s/d	U=0.2s/d		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
32	*直流高压试验装置	直流电压	直流高压试验装置校准规范 JJF（浙）1146	（10～150）kV	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
		直流电流		（1~100）mA	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
33	*工频高压试验装置	交流电压	交流高压试验装置校准规范 JJF（浙）1144	（10～150）kV，50Hz	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
34	数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF1587	(10～220)mV	U=0.002%+0.9μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V	U=0.001%+1.5μV		2026-09-28
				(2.2～11)V	U=0.0009%+5.5μV		2026-09-28
				(11～22)V	U=0.0009%+8.5μV		2026-09-28
				(22～220)V	U=0.001%+0.09mV		2026-09-28
				(220～1000)V	U=0.002%+0.09mV		2026-09-28
		交流电压		(10～22)mV,(10Hz～20Hz)	U=0.04%+8μV		2026-09-28
				(10～22)mV,(20Hz～40Hz)	U=0.02%+8μV		2026-09-28
				(10～22)mV,(40Hz～20kHz)	U=0.02%+8μV		2026-09-28
				(10～22)mV,(20kHz～50kHz)	U=0.05%+8μV		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(10～22)mV,(50kHz～100kHz)	U=0.1%+10μV		2026-09-28
				(22～220)mV,(10Hz～20Hz)	U=0.04%+20μV		2026-09-28
				(22～220)mV,(20Hz～40Hz)	U=0.02%+12μV		2026-09-28
				(22～220)mV,(40Hz～20kHz)	U=0.015%+12μV		2026-09-28
				(22～220)mV,(20kHz～50kHz)	U=0.04%+12μV		2026-09-28
				(22～220)mV,(50kHz～100kHz)	U=0.1%+40μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(10Hz～20Hz)	U=0.04%+80μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(20Hz～40Hz)	U=0.02%+30μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(40Hz～20kHz)	U=0.01%+20μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(20kHz～50kHz)	U=0.02%+30μV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(50kHz～100kHz)	U=0.03%+0.1mV		2026-09-28
				(2.2～10)V,(10Hz～20Hz)	U=0.04%+0.7mV		2026-09-28
				(0.22～2.2)V,(10Hz～20Hz)	U=0.02%+0.3mV		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(2.2～22)V,(40Hz～20kHz)	U=0.01%+0.1mV		2026-09-28
				(2.2～22)V,(20kHz～50kHz)	U=0.02%+0.3mV		2026-09-28
				(2.2～22)V,(50kHz～100kHz)	U=0.03%+0.5mV		2026-09-28
				(22～220)V,(50Hz～20kHz)	U=0.01%+1mV		2026-09-28
				(22～220)V,(20kHz～50kHz)	U=0.03%+5mV		2026-09-28
				(22～220)V,(50kHz～100kHz)	U=0.08%+15mV		2026-09-28
				(220～1000)V,(50Hz～1kHz)	U=0.02%+8mV		2026-09-28
		直流电流		(2.2～22)mA	U=0.006%+0.1μA		2026-09-28
				(22～220)mA	U=0.01%+1.2μA		2026-09-28
				(0.22～2.2)A	U=0.015%+25μA		2026-09-28
				(2.2～3)A	U=0.06%+0.06mA		2026-09-28
				(3～11)A	U=0.1%+0.5mA		2026-09-28
				(11～20)A	U=0.2%+1.2mA		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		交流电流		(1～3.3)mA (50Hz～1kHz)	U=0.15%+0.3μA		2026-09-28
				(1～3.3)mA (1kHz～5kHz)	U=0.3%+5μA		2026-09-28
				(3.3～10)mA (50Hz～1kHz)	U=0.06%+3μA		2026-09-28
				(3.3～10)mA (1kHz～5kHz)	U=0.1%+5μA		2026-09-28
				(10～22)mA (50Hz～1kHz)	U=0.02%+0.6μA		2026-09-28
				(10～22)mA (1kHz～5kHz)	U=0.1%+8μA		2026-09-28
				(22～220)mA (50Hz～1kHz)	U=0.02%+5μA		2026-09-28
				(22～220)mA (1kHz～5kHz)	U=0.1%+60μA		2026-09-28
				(0.22～2.2)A (50Hz～1kHz)	U=0.1%+60μA		2026-09-28
				(0.22～2.2)A (1kHz～5kHz)	U=0.1%+0.15mA		2026-09-28
				(2.2～3)A (50Hz～1kHz)	U=0.1%+0.2mA		2026-09-28
				(3～11)A (50Hz～1kHz)	U=0.15%+0.2mA		2026-09-28
				(11～20)A (50Hz～1kHz)	U=0.2%+8mA		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		直流电阻		(1～11) Ω	U=0.01%+0.02 Ω		2026-09-28
				(11～110) Ω	U=0.006%+0.02 Ω		2026-09-28
				110 Ω～1.1k Ω	U=0.006%+0.02 Ω		2026-09-28
				(1.1～11) k Ω	U=0.006%+0.2 Ω		2026-09-28
				(11～110) k Ω	U=0.006%+1 Ω		2026-09-28
				110k Ω～1.1M Ω	U=0.006%+10 Ω		2026-09-28
				1.1M Ω～3.3M Ω	U=0.01%+0.15k Ω		2026-09-28
				3.3M Ω～11M Ω	U=0.03%+0.25k Ω		2026-09-28
				11M Ω～33M Ω	U=0.05%+2.5k Ω		2026-09-28
				33M Ω～100M Ω	U=0.08%+3k Ω		2026-09-28
35	*磁粉探伤机	磁化电流	磁粉探伤机校准规范 JJF1273	(5～4000) A	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
36	磁轭式磁粉探伤机	电流	磁轭式磁粉探伤机校准规范 JJF 1458	（1～20）A	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
		提升力		（45～200）N	U=12N		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
37	静电腕带/脚盘测试仪	电阻	静电腕带/脚盘测试仪校准规范 JJF（津）101	100Ω～10MΩ	U_{rel}=0.35%		2026-09-28
				10MΩ～1000MΩ	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				1000MΩ～1GΩ	U_{rel}=2.5%		2026-09-28
38	表面电阻测试仪	电阻	表面电阻测试仪校准规范 JJF1285	100Ω～100GΩ	U_{rel}=0.24%～2.3%		2026-09-28
		电压		10V～250V	U_{rel}=1.3%～3.6%		2026-09-28
39	*直流电焊机焊接电源	直流电压	直流电焊机焊接电源 JJF1985	1V～100V	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
		直流电流		1A～1000A	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
40	*继电保护测试仪	交流电压	继电保护测试仪检定规程 JJG1112	20mV～1000V(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
		直流电压		20mV～1000V	U_{rel}=0.01%		2026-09-28
		交流电流		100μA～120A(45Hz～65Hz)	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
		直流电流		100μA～30A	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
		相位		0°～360°	U=0.04°		2026-09-28
		时间		1μs～4200s	U_{rel}=0.02%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		频率		1Hz～10MHz	U_{rel}=0.002%		2026-09-28
41	*安装式交流电能表	交流电能	电子式交流电能表现场检验规程 DL/T 1478	(57.7～380)V,(0.005～800)A,cos φ=1.0	U_{rel}=0.07%～0.3%		2026-09-28
				(57.7～380)V,(0.005～800)A,cos φ=0.5L(C)	U_{rel}=0.08%～0.3%		2026-09-28
				(57.7～380)V,(0.005～800)A,cos φ=0.8L(C)	U_{rel}=0.08%～0.3%		2026-09-28
		时钟时刻		北京时间	U=1.8s		2026-09-28
五、声学							
1	*超声探伤仪	时基线性	超声探伤仪检定规程 JJG 746	0.1%～100%(0.5～25)MHz	U_{rel}=0.7%		2026-09-28
		衰减		(0.1～100)dB	U=(0.06～0.7)dB		2026-09-28
		幅度线性		0.1%～100%(0.5～25)MHz	U_{rel}=1.7%		2026-09-28
		放大器频率响应		(0.5～25)MHz	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
		等效输入噪声		$(1.1\times10^{-9}$～$1\times10^{-5})$V/Hz$^{1/2}$	U_{rel}=4.2%		2026-09-28
2	个人声暴露计	声压级	个人声暴露计检定规程 JJG 980	声信号:(30～124)dB,(63～400)Hz	U=0.5dB		2026-09-28
				电信号:(10～140)dB,(63Hz～8kHz)	U=0.2dB		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		声暴露		声信号:(0.1～99.9)Pa^2h,(63～8000)Hz	U_{rel}=11%		2026-09-28
				电信号:(0.5～2.0)Pa^2h,4kHz	U_{rel}=11%		2026-09-28
				猝发音信号:(0.1～99.9)Pa^2h,(0.25～1000)ms	U_{rel}=13%		2026-09-28
3	噪声统计分析仪	声压级	噪声统计分析仪检定规程 JJG 778	声信号:(20～124)dB,10Hz～12.5kHz	U=0.5dB		2026-09-28
				声信号:(20～124)dB,(12.5～20)kHz	U=0.9dB		2026-09-28
				电信号:(10～150)dB,10Hz～12.5kHz	U=0.2dB		2026-09-28
				猝发信号:(10～140)dB,(0.25～1000)ms	U=0.5dB		2026-09-28
		时间计权		F:(5～70)dB/s，4kHz	U=0.25dB/s		2026-09-28
				S:(1～10)dB/s，4kHz	U=0.35dB/s		2026-09-28
4	噪声剂量计	噪声剂量	噪声剂量计检定规程 JJG 655	0.1%～999.99%,63Hz～8kHz	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
		声压级		声信号:(30～124)dB,(63～400)Hz	U=0.5dB		2026-09-28
				电信号:(10～140)dB,(63Hz～8kHz)	U=0.2dB		2026-09-28
5	声级计	声压级	声级计检定规程 JJG 188	声信号:(20～124)dB,10Hz～12.5kHz	U=0.5dB		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				声信号:(20～124)dB,(12.5～20)kHz	U=0.6dB		2026-09-28
				电信号:(10～150)dB,10Hz～12.5kHz	U=0.2dB		2026-09-28
				猝发信号:(10～140)dB,(0.25～1000)ms	U=0.3dB		2026-09-28
		时间计权		F:(5～70)dB/s,4kHz	U=3.0dB/s		2026-09-28
				S:(1～10)dB/s,4kHz	U=0.35dB/s		2026-09-28
6	声校准器	声压级	声校准器检定规程 JJG 176	(10～130)dB,(0.03～16)kHz	U=0.15dB		2026-09-28
		频率		(0.03～16)kHz	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
		总失真+噪声		0.1%～30%,(0.03～16)kHz	U_{rel}=0.5%～1.0%		2026-09-28
六、时间和频率							
1	秒表	时间	秒表校准规范 JJF2195	机械秒表：(0～1800)s	U=0.06s		2026-09-28
				电子秒表：(0～3600)s	U=0.01s～0.02s		2026-09-28
				电秒表：(0～600)s	U=10ms		2026-09-28
2	*停车场电子计时收费装置（系统）	时间	电子停车计时收费表校准规范 JJF 2241	（10～7200）s	U=2s		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
3	崩解时限测试仪	时间	崩解时限测试仪校准规范 JJF 1449	崩解时间：513s	U_{rel}=13%		2026-09-28
				计时器时间：（0.01-3600）s	U=0.6s		2026-09-28
		长度		(0-200)mm	U=0.06mm		2026-09-28
		温度		（0-200）℃	U=0.19℃		2026-09-28
七、光学							
1	*验光镜片箱	顶焦度	验光镜片箱检定规程 JJG579	$-25m^{-1}$～$+25m^{-1}$	U=0.03 m^{-1}		2026-09-28
2	*焦度计	顶焦度	焦度计检定规程 JJG580	$-25m^{-1}$～$+25m^{-1}$	U=0.03 m^{-1}	不校测量角膜接触镜的焦度计	2026-09-28
3	*瞳距仪	长度	瞳距仪检定规程 JJG952	(50～80)mm	U=0.14mm		2026-09-28
4	*角膜曲率计	长度	角膜曲率计检定规程 JJG1011	(6.5～9.4)mm	U=0.004mm		2026-09-28
		角度		（0°～180° ）	U=2°		2026-09-28
5	*阿贝折射仪	折射率	阿贝折射仪检定规程 JJG625	n_D：（1.3000～1.7000）	U=1.1×10^{-4}		2026-09-28
6	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG512	R_{457}：0～100	U=1.6		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7	*漫透射视觉密度计	密度值	漫透射视觉密度计检定规程 JJG920	0.01～4.0	U=0.02		2026-09-28
8	*验光仪	顶焦度	验光仪检定规程 JJG892	客观式：（-20～+20） m^{-1}	U=0.08 m^{-1}		2026-09-28
				主观式：（-15～+15） m^{-1}	U=0.08 m^{-1}		2026-09-28
9	铂-钴色度仪	铂-钴色度	铂-钴色度仪校准规范 JJF 1947	（0.1～500）PCU	U=8.6%		2026-09-28
10	*水质色度仪	色度	水质色度仪校准规范 JJF 1689	数显仪器：（5～500）度	U=（1～6）度		2026-09-28
				目视仪器：（5～500）度	U=（9～12）度		2026-09-28
11	测色色差计	色度	测色色差计检定规程 JJG 595	刺激值 Y:(1～80)	U=1.3		2026-09-28
				色坐 标 x, y：全色域	U=0.007		2026-09-28
12	澄明度检测仪	照度	澄明度检测仪校准规 范 JJF 1287	（20～3000）1x	U=9%		2026-09-28
八、化学							
1	烘干法水分测定仪	质量	烘干法水分测定仪检定规程 JJG658	(1～10)mg	U=0.002mg		2026-09-28
				(10～100)mg	U=0.004mg		2026-09-28
				(100～500)mg	U=0.007mg		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1～10)g	U=0.013mg		2026-09-28
				(10～100)g	U=0.040mg		2026-09-28
				(100～500)g	U=0.2mg		2026-09-28
		水分		95%	U=0.2%		2026-09-28
2	*电导率仪	电导率	电导率仪检定规程 JJG376	仪器:(100～1400) μS/cm	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
				电子单元:(0.05～1×10^5) μS/cm	U_{rel}=0.1%		2026-09-28
3	旋转黏度计	黏度	旋转黏度计检定规程 JJG1002	(1～5000)mPa·s	U_{rel}=0.8%		2026-09-28
				(5000～ 1×10^5)mPa·s	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
4	*卡尔•费休库仑法微量水分测定仪	水分	卡尔•费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG1044	(10μg～100mg)	U_{rel}=6.0%		2026-09-28
5	*离子色谱仪	最小检测浓度	离子色谱仪检定规程 JJG823	电导检测器:≤0.02μg/ml	U_{rel}=11%		2026-09-28
6	*气相色谱-质谱联用仪	信噪比	气相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1164	离子阱:(EI^+; CI^+; CI^-):≥10:1	U_{rel}=15%		2026-09-28
				单四级杆:(EI^+; CI^+; CI^-):≥10:1	U_{rel}=15%		2026-09-28
				三重四级杆:(EI^+; CI^+):≥10:1	U_{rel}=15%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				飞行时间:(EI^+):≥50:1	U_{rel}=15%		2026-09-28
				静电场轨道阱:(EI^+):≥50:1	U_{rel}=15%		2026-09-28
7	*化学需氧量（COD）测定仪	浓度	化学需氧量（COD）测定仪检定规程 JJG975	(10～1000)mg/L	U_{rel}=2.4%		2026-09-28
		温度		(50～200) ℃	U=1℃		2026-09-28
8	*氧弹热量仪	热值	氧弹热量仪检定规程 JJG672	(26000～27000)J/g	U_{rel}=0.15%		2026-09-28
9	*大气采样器	流量	大气采样器检定规程 JJG956	(0.1～6.0)L/min	U_{rel}=1.3%		2026-09-28
10	*定碳定硫分析仪	含量	定碳定硫分析仪检定规程 JJG395	C:(0.005～0.010)%	U=0.0012%		2026-09-28
				C:(0.010～0.100)%	U=0.004%		2026-09-28
				C:(0.100～1.000)%	U=0.012%		2026-09-28
				C:(1.00～4.00)%	U=0.030%		2026-09-28
				S:(0.003～0.010)%	U=0.0004%		2026-09-28
				S:(0.010～0.100)%	U=0.004%		2026-09-28
				S:(0.100～0.200)%	U=0.004%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
11	*傅里叶变换红外光谱仪	波数	傅里叶变换红外光谱仪校准规范 JJF1319	(400～600)cm^{-1}	U=1.0 cm^{-1}		2026-09-28
				(600～4000)cm^{-1}	U=0.3cm^{-1}		2026-09-28
12	*原子荧光光度计	检出限	原子荧光光度计检定规程 JJG939	As:≤0.4ng	U=0.04ng		2026-09-28
				Sb:≤0.4ng	U=0.06ng		2026-09-28
13	*浊度计	浊度	浊度计检定规程 JJG880	(0.1～400)NTU	U_{rel}=3.9%		2026-09-28
14	*烟尘采样器	流量	烟尘采样器检定规程 JJG680	(0.1～100)L/min	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
15	*自动电位滴定仪	电位	自动电位滴定仪检定规程 JJG814	(-2000～2000)mV	U=0.4mV		2026-09-28
		浓度		0.1moL/L	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
16	*液相色谱仪	最小检测浓度	液相色谱仪检定规程 JJG705	紫外-可见光/二级管阵列检测器:≤5 ×10^{-8}g/mL	U_{rel}=11%		2026-09-28
				示差折光率检测器:≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=11%		2026-09-28
				荧光检测器:≤5×10^{-9}g/mL	U_{rel}=11%		2026-09-28
				蒸发光散射检测器:≤5×10^{-6}g/mL	U_{rel}=11%		2026-09-28
17	*煤中全硫测定仪	含量	煤中全硫测定仪检定规程 JJG1006	(0.40～1.00)%	U=0.05%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1.00～4.00)%	U=0.10%		2026-09-28
				(4.00～6.00)%	U=0.13%		2026-09-28
18	*气相色谱仪	检出限	气相色谱仪检定规程 JJG700	FID:≤5ng/s	U_{rel}=15%		2026-09-28
				FPD(硫):≤0.5ng/s	U_{rel}=11%		2026-09-28
				FPD(磷):≤0.1ng/s	U_{rel}=11%		2026-09-28
				ECD:≤5pg/mL	U_{rel}=15%		2026-09-28
				NPD(氮): ≤5pg/s	U_{rel}=15%		2026-09-28
				NPD(磷): ≤10pg/s	U_{rel}=15%		2026-09-28
		灵敏度		TCD: ≥800mV·mL/mg	U_{rel}=15%		2026-09-28
19	*火焰光度计	检测限	火焰光度计检定规程 JJG630	K:≤0.004mmol/L	U=0.0071mmol/L		2026-09-28
				Na:≤0.008mmol/L	U=0.0029mmol/L		2026-09-28
20	*原子吸收分光光度计	检出限	原子吸收分光光度计检定规程 JJG694	火焰法 Cu:≤0.02μg/mL	U=0.0017μg/mL		2026-09-28
				石墨炉法 Cd:≤4pg	U=0.3pg		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
21	*紫外、可见、近红外分光光度计	波长	紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178	(220～900)nm	U=0.4nm		2026-09-28
				(900～2600)nm	U=1.0nm		2026-09-28
		透射比		5%～40%	U=0.4%		2026-09-28
22	*实验室 pH(酸度)计	酸度	实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG119	电计:0～14	U=0.01		2026-09-28
				仪器:4～10	U=0.02		2026-09-28
		电位		(-2000～2000)mV	U=0.1%FS		2026-09-28
23	*实验室离子计	pX	实验室离子计检定规程 JJG757	电计:0～14	U=0.01		2026-09-28
				仪器:2～4	U=0.02		2026-09-28
		电位		(-2000～2000)mV	U=0.1%FS		2026-09-28
24	*旋光仪及旋光糖量计	旋光度	旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG536	(-90～90)°	U=0.005°		2026-09-28
		糖度		(-20～105)° Z	U=0.01° Z		2026-09-28
25	*熔点测定仪	熔点	熔点测定仪检定规程 JJG701	(20～300)℃	U=0.24℃		2026-09-28
26	*发射光谱仪	检出限	发射光谱仪检定规程 JJG768	ICP 光谱仪(锌):≤ 0.01mg/L	U=0.0007mg/L	不做摄谱仪	2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				ICP 光谱仪(镍):≤0.03mg/L	U=0.003mg/L		2026-09-28
				ICP 光谱仪(锰):≤0.005mg/L	U=0.004mg/L		2026-09-28
				ICP 光谱仪(铬):≤0.02mg/L	U=0.0004mg/L		2026-09-28
				ICP 光谱仪(铜):≤0.02mg/L	U=0.002mg/L		2026-09-28
				ICP 光谱仪(钡):≤0.005mg/L	U=0.0003mg/L		2026-09-28
				直读光谱仪(碳):≤0.02%	U=0.002%		2026-09-28
				直读光谱仪(硅):≤0.02%	U=0.002%		2026-09-28
				直读光谱仪(锰):≤0.02%	U=0.001%		2026-09-28
				直读光谱仪(铬):≤0.01%	U=0.001%		2026-09-28
				直读光谱仪(镍):≤0.02%	U=0.002%		2026-09-28
				直读光谱仪(钒):≤0.01%	U=0.004%		2026-09-28
27	*氨氮自动监测仪	浓度	氨氮自动监测仪检定规程 JJG631	(0.1～100) μg/mL	U_{rel}=3.1 %		2026-09-28
28	*总有机碳分析仪	浓度	总有机碳分析仪检定规程 JJG821	有机碳:(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.2 %		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				无机碳:(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.2%		2026-09-28
29	压差法生化需氧量测定仪	浓度	压差法生化需氧量测定仪校准规范 JJF 2278	(0.1～1000)mg/L	U=12mg/L		2026-09-28
30	*水中油分浓度分析仪	浓度	水中油份浓度分析仪检定规程 JJG950	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=3.4%		2026-09-28
31	*一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器	浓度	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程 JJG635	CO:(0.1～10)×10^{-2} mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				CO_2:(0.1～10)×10^{-2} mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
32	*元素分析仪	含量	元素分析仪校准规范 JJF1321	尿素中 N 含量:(40～50)%	U=1.2%		2026-09-28
				煤 C 含量:(50～85)%	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
				煤 H 含量:(0.1～10)%	U_{rel}=7.0%		2026-09-28
				煤 N 含量:(0.1～5)%	U_{rel}=10%		2026-09-28
				钢 O 含量:(0.1～25)×10^{-6}	U_{rel}=10%		2026-09-28
				钢 N 含量:(0.1～580)×10^{-6}	U_{rel}=4%		2026-09-28
				钢 H 含量:(0.1～2.0)×10^{-6}	U_{rel}=17%		2026-09-28
33	溶解氧测定仪	浓度	溶解氧测定仪检定规程 JJG 291	(5～12)mg/L	U_{rel}=1.1%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
34	*波长色散 X 射线荧光光谱仪	灵敏度	波长色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF2251	Si:≥0.01kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=7.2%		2026-09-28
				P:≥0.01kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=7.2%		2026-09-28
				Ni:≥0.02kCPS·(mg/g)$^{-1}$·mA^{-1}	U_{rel}=7.2%		2026-09-28
35	*激光粒度分析仪	粒径	激光粒度分析仪校准规范 JJF1211	(1～5)μm	U_{rel}=4.6%		2026-09-28
				(5～20)μm	U_{rel}=3.3%		2026-09-28
				(20～120)μm	U_{rel}=2.4%		2026-09-28
36	*测汞仪	检出限	测汞仪检定规程 JJG548	吸收类:≤1.0ng	U_{rel}=5%		2026-09-28
				荧光类:≤0.1ng	U_{rel}=5%		2026-09-28
37	*液相色谱-原子荧光联用仪	最小检测量	液相色谱-原子荧光联用仪检定规程 JJG1151	MMA:＜0.7ng	U_{rel}=6%		2026-09-28
				DMA:＜0.7ng	U_{rel}=6%		2026-09-28
				As(V):＜1.0ng	U_{rel}=7%		2026-09-28
38	*紫外荧光测硫仪	浓度	紫外荧光测硫仪校准规范 JJF1685	(1.0～100)mg/L	U_{rel}=3.2%		2026-09-28
39	*液相色谱-质谱联用仪	信噪比	液相色谱-质谱联用仪校准规范 JJF1317	三重四级杆:ESI$^-$≥10:1	U_{rel}=11%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				三重四级杆:ESI^+、$APCI^+$≥30:1	U_{rel}=11%		2026-09-28
				离子阱、单四级杆:ESI^+、ESI^-、$APCI^+$≥10:1	U_{rel}=11%		2026-09-28
40	*化学需氧量(COD)在线自动监测仪	浓度	化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程 JJG1012	(16～50)mg/L	U_{rel}=8%		2026-09-28
				(50～150)mg/L	U_{rel}=7%		2026-09-28
				(150～500)mg/L	U_{rel}=6%		2026-09-28
				(500～1000)mg/L	U_{rel}=5%		2026-09-28
41	*X 射线荧光测硫仪	含量	X 射线荧光测硫仪校准规范 JJF1952	0.05%～5%	U_{rel}=3%		2026-09-28
42	*二氧化硫气体检测仪	含量	二氧化硫气体检测仪检定规程 JJG551	(0.1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2%		2026-09-28
43	*粉尘采样器	流量	粉尘采样器检定规程 JJG520	(0.1～6)L/min	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
				(6～80)L/min	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
44	*工业分析仪	含量	工业分析仪检定规程 JJG1140	灰分:(9～35)%	U_{rel}=0.25%		2026-09-28
				挥发分:(8～35)%	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
45	*总悬浮颗粒物	流量	总悬浮颗粒物检定规程 JJG943	(80～120)L/min	U_{rel}=1.3%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(800～1200)L/min	U_{rel}=0.7%		2026-09-28
46	烟气采样器	流量	烟气采样器检定规程 JJG1169	(0.1～2.0)L/min	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
47	四级杆电感耦合等离子质谱仪	检出限	四级杆电感耦合等离子质谱仪校准规范 JJF1159	铍:≤30ng/L	U=0.37ng/L		2026-09-28
				铟:≤10ng/L	U=0.18ng/L		2026-09-28
				铋:≤10ng/L	U=0.12ng/L		2026-09-28
48	卡尔•费休容量法水分测定仪	水分含量	卡尔费休容量法水分测定仪检定规程 JJG1154	(0.1～20)mg	U_{rel}=1.9%		2026-09-28
49	*分光光度法流动分析仪	波长	分光光度法流动分析仪校准规范 JJF1568	波长:(190～1100)nm	U=1.6nm		2026-09-28
		检测限		硫化物:≤0.005mg/L	U=1.0μg/L		2026-09-28
				总磷:≤0.01mg/L	U=1.2μg/L		2026-09-28
				水中挥发酚:≤0.002mg/L	U=0.9μg/L		2026-09-28
				氰化物:≤0.002mg/L	U=0.3μg/L		2026-09-28
				六价铬:≤0.004mg/L	U=1.0μg/L		2026-09-28
				总氮:≤0.04mg/L	U=2.0μg/L		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				氨氮：≤0.04mg/L	U=1.6μg/L		2026-09-28
				阴离子表面活性剂：≤0.05mg/L	U=2.7μg/L		2026-09-28
50	*总磷总氮水质在线分析仪	浓度	总磷总氮水质在线分析仪检定规程 JJG1094	总磷：(0～0.5)mg/L	U=0.008mg/L		2026-09-28
				总磷：(0.5～500)mg/L	U_{rel}=3.2%		2026-09-28
				总氮：(2～500)mg/L	U_{rel}=3.2%		2026-09-28
				总氮：(0～2)mg/L	U=0.07mg/L		2026-09-28
51	*在线 pH 计	酸度	在线 pH 计校准规范 JJF1547	电计：(0～14)	U=0.01		2026-09-28
				仪器：(4～10)	U=0.02		2026-09-28
		电位		(-2000～2000)mV	U=0.1%FS		2026-09-28
52	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG693	氢气、异丁烷、甲烷、丙烷：10%LEL、40%LEL、60%LEL	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
53	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF1172	(1～2000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
54	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF1674	(1～100)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
55	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG1105	(1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.8%		2026-09-28
56	*氯乙烯气体检测报警仪	浓度	氯乙烯气体检测报警仪检定规程 JJG1125	(1～100)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-09-28
57	臭氧气体分析仪	浓度	臭氧气体分析仪检定规程 JJG1077	(0.1～400)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
58	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG365	(1～100)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
59	*氯化氢气体检测报警器	浓度	氯化氢气体检测报警器校准规范 JJF1888	(1～100)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.4%		2026-09-28
60	*菌落计数器	菌落总数	菌落计数器校准规范 JJF 1751	(10～300)CFU	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
61	*氧化锆氧分析器	浓度	氧化锆氧分析器检定规程 JJG535	(1～100)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
62	*烟气分析仪	浓度	烟气分析仪检定规程 JJG968	SO_2:(1～5000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
				O_2:(1～25)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
				CO:(1～5)×10^{-2}mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				NO:(1～5000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				CO_2:(0.1～2000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				NO_2:(0.1～2000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
63	*二氧化碳培养箱	温度	二氧化碳培养箱校准规范 JJF2425	(15～55)℃	U=0.07℃		2026-09-28
		浓度		(0.1～20)%	U=2.1%		2026-09-28
		湿度		(10～90)%RH	U=2.4%RH		2026-09-28
64	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF1263	(1～1000)×10^{-6} mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
65	*浮游菌采样器	流量	浮游菌采样器校准规范 JJF（津）01	(20～200)L/min	U_{rel}=1.3%		2026-09-28
66	*丙烯腈气体检测仪	浓度	丙烯腈气体检测仪校准规范 JJF 2113	(1～100) μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
67	*氰化氢气体检测报警仪	浓度	氰化氢气体检测报警仪校准规范 JJF（吉） 115	(1～20) μmol/mol	U_{rel}=3.8%		2026-09-28
68	*环境空气在线监测气体分析仪	浓度	环境空气在线监测气体分析仪校准规范 JJF 1907	SO_2:(0.01～0.5) μmol/mol	U_{rel}=2.8%		2026-09-28
				NO_2:(0.01～0.5) μmol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
				O_3:(0.01～0.5) μmol/mol	U_{rel}=2.3%		2026-09-28
				CO:(0.01～10) μmol/mol	U_{rel}=1.9%		2026-09-28
69	*余氯测定仪	浓度	余氯测定仪校准规范 JJF 1609	游离余氯:(0.1～0.5)mg/L	U_{rel}=2.3%		2026-09-28
				游离余氯:(0.5～1.5)mg/L	U_{rel}=1.5%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				游离余氯:(1.5～50.0)mg/L	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
				总余氯:(0.1～0.5)mg/L	U_{rel}=2.2%		2026-09-28
				总余氯:(0.5～1.5)mg/L	U_{rel}=1.3%		2026-09-28
				总余氯:(1.5～50.0)mg/L	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
70	*高锰酸盐指数在线自动监测仪	浓度	高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范 JJF 1875	(0.1～5)mg/L	U=0.13mg/L		2026-09-28
				(5～20)mg/L	U_{rel}=3.5%		2026-09-28
71	*硅酸根分析仪	浓度	硅酸根分析仪校准规范 JJF 1539	(0.1～100) μg/ L	U=2.3 μg/ L		2026-09-28
				(100～2000) μg/ L	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
72	*磷酸根分析仪	浓度	磷酸根分析仪校准规范 JJF 1567	(0.1～1000) μg/mL	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
73	*微粒检测仪	微粒计数	微粒检测仪校准规范 JJF 1290	(1000～1500)粒/毫升	U_{rel}=5.7%		2026-09-28
74	氧化还原电位(ORP)测定仪	电位	氧化还原电位（ORP）测定仪校准规范 JJF(黑)1003	(-1000～1000)mV	U=0.1%FS		2026-09-28
75	*手持式 X 射线荧光光谱仪	检出限	手持式 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF（川）165	Cr:≤0.05%	U_{rel}=35%		2026-09-28
				Ni:≤0.05%	U_{rel}=39%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
76	*薄层色谱扫描仪	浓度	薄层色谱扫描仪校准规范 JJF1712	(0.001～0.500)mg/mL	U=0.002mg/mL		2026-09-28
77	*热重分析仪	质量	热重分析仪检定规程 JJG1135	1mg	U=0.008mg		2026-09-28
				10mg	U=0.011mg		2026-09-28
				20mg	U=0.015mg		2026-09-28
		居里点		阿留麦尔合金:(110～210) ° C	U=2.2° C		2026-09-28
				镍:(300～400)° C	U=2.2° C		2026-09-28
				铁: (720～820)° C	U=2.6° C		2026-09-28
				铟: (100～200℃)	U=0.8C		2026-09-28
		熔点		锡:(180～280)° C	U=0.7° C		2026-09-28
				铅:(280～380)° C	U=1.1° C		2026-09-28
				锌:(370～470)° C	U=0.8° C		2026-09-28
78	*水质硬度计	硬度	水质硬度计校准规范 JJF1949	(1～4500)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-09-28
79	流出杯式黏度计	黏度	流出杯式黏度计检定规程 JJG743	(1～1000)mm²/s	U_{rel}=1.0%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
80	*凝胶色谱仪	分子量	凝胶色谱仪检定规程 JJG342	有机相:(3×10³～1×10⁵)g/mL	U_{rel}=3%		2026-09-28
				水相:(4×10⁴～7×10⁵)g/mL	U_{rel}=8%		2026-09-28
81	*微库仑法硫氯分析仪	含量	微库仑法硫氯分析仪校准规范 JJF 2365	氯:(0.5～10)mg/L	U=0.20mg/L		2026-09-28
				氯:(10～1000)mg/L	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
				硫:(0.5～10)mg/L	U=0.17mg/L		2026-09-28
				硫:(10～1000)mg/L	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
82	*碱性氮测定仪	浓度	碱性氮测定仪校准规范 JJF （鲁）114	(0.01～200) μg/g	U_{rel}=2.9%		2026-09-28
83	*溴价、溴指数测定仪	浓度	溴价、溴指数测定仪校准规范 JJF 1569	溴 价:(0.1～20)g/100g	U_{rel}=6.2%		2026-09-28
				溴价:(20～300)g/100g	U_{rel}=5.0%		2026-09-28
				溴指数:(0.2～20)mg/100g	U_{rel}=9.0%		2026-09-28
				溴指数:(20～1000)mg/100g	U_{rel}=4.6%		2026-09-28
84	*微机盐含量测定仪	浓度	微机盐含量测定仪校准规范 JJF （鲁）118	(1～10)mg/L	U=0.16mg/L		2026-09-28
				(10～100)mg/L	U_{rel}=1.5%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
85	*木材含水率测量仪	含水率	木材含水率测量仪检定规程 JJG 986	6%～28%	U=0.5%		2026-09-28
86	*二氧化氮气体检测报警器	浓度	二氧化氮气体检测报警器校准规范 JJF(石化)090	(1～1000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
87	*便携式挥发性有机物泄漏检测仪	浓度	便携式挥发性有机物泄漏检测仪（氢火焰离子法）校准规范 JJF（石化）033	甲烷:(1～50000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
88	*环氧乙烷气体检测仪	浓度	环氧乙烷气体检测仪校准规范 JJF 2288	(1～200)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.6%		2026-09-28
89	*总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪	浓度	总烃、甲烷和非甲烷总烃分析仪校准规范 JJF（冀）188	(1～5000)×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
90	*塑料薄膜和薄片氧气透过率测试仪	透过率	塑料薄膜和薄片氧气透过率测试仪校准规范 JJF 2181	(1～500)$cm^3/(m^2 \cdot 24h \cdot 0.1MPa)$	U_{rel}=19%		2026-09-28
91	硝酸盐氮自动监测仪	浓度	硝酸盐氮自动监测仪检定规程 JJG 656	(0.1～1000)mg/L	U_{rel}=2.5%		2026-09-28
92	*能量色散 X 射线荧光光谱仪	含量	能量色散 X 射线荧光光谱仪校准规范 JJF 2024	聚合物基体(Cd):(5～110)mg/kg	U_{rel}=7%		2026-09-28
				聚合物基体(Cr):(90～1200)mg/kg	U_{rel}=5%		2026-09-28
				聚合物基体(Hg)：(90～1200)mg/kg	U_{rel}=7%		2026-09-28
				聚合物基体(Pb)：(90～1200)mg/kg	U_{rel}=5%		2026-09-28
九、电离辐射							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*X 射线探伤机	空气比释动能率	X 射线探伤机检定规程 JJG40	(2～30)cGY/min	U_{rel}=4.4%		2026-09-28
十、纺织、皮革专用测量仪器							
1	*条粗测长仪	长度	条粗测长器校准规范 JJF(纺织) 001	(490～1010)mm	U=0.2mm		2026-09-28
		转速		(10～60)r/min	U=0.5r/min		2026-09-28
		质量		(4250～4350)g	U=10g		2026-09-28
2	*缕纱测长机	长度	缕纱测长机校准规范 JJF(纺织) 019	(30～1005)mm	U=0.3mm		2026-09-28
		转速		(30～300)r/min	U=1r/min		2026-09-28
		力值		(5～200)cN	U_{rel}=2%		2026-09-28
3	*手摇捻度机	长度	手摇捻度机校准规范 JJF(纺织) 009	(0～300)mm	U=0.1mm		2026-09-28
		质量		(10～100)g	U=2g		2026-09-28
4	*纱线捻度仪	长度	纱线捻度仪校准规范 JJF(纺织) 010	(0～500)mm	U=0.1mm		2026-09-28
		力值		(10～500)cN	U_{rel}=2%		2026-09-28
		转速		(30～100)r/min	U=1r/min		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
5	*摇黑板机	长度	摇黑板机校准规范 JJF(纺织) 012	(100～300)mm	U=0.3mm		2026-09-28
		质量		(5～50)g	U_{rel}=2%		2026-09-28
6	垂直燃烧试验仪	时间	垂直燃烧试验仪校准规范 JJF(纺织) 068	(0.5～3600)s	U=0.2s		2026-09-28
		角度		0°～90°	U=0.2°		2026-09-28
		质量		(5～500)g	U=0.1g		2026-09-28
		长度		(10～450)mm	U=0.1mm		2026-09-28
十一、医学专用测量仪器							
1	*尿液分析仪	pH	尿液分析仪校准规范 JJF1129	5.5～7.5	U_{rel}=4.3%		2026-09-28
		浓度		尿蛋白:(0.2～2.0)g/L	U_{rel}=6.2%		2026-09-28
				尿糖:(2.7～41.8)mmol/L	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
		相对密度		1.006～1.023	U=0.0034		2026-09-28
十二、机动车专用测量仪器							
1	轮胎花纹深度尺	长度	轮胎花纹深度尺校准规范 JJF 1477	(0～50)mm	U=0.02mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
十四、电工电子电器专用测量仪器							
1	*电池内阻测试仪	电阻	电池内阻测试仪校准规范 JJF1620	1mΩ～10mΩ	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
				10mΩ～1Ω	U_{rel}=0.06%		2026-09-28
		直流电压		0.1V～1000V	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
十五、气象、海洋专用测量仪器							
1	皮托管	校准系数	皮托管检定规程 JJG 518	S 型：0.81～0.86	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
2	（风向）风速表	风速	叶轮式数字风速仪 检定规程 JJG1194，热式风速仪校准规范 JJF1939，轻便三杯风向风速表检定规程 JJG431	（0.2～5）m/s	U=0.05m/s		2026-09-28
				（5～30）m/s	U_{rel}=1.0%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
					性能、纬斜性能、	
262	锦纶长丝民用丝带		部分参数	锦纶长丝民用丝带 FZ/T 63011-2009	不测外观质量	2026-09-28
263	新生儿纺织产品		全部参数	新生儿纺织产品 FZ/T 08002-2022	不测填充物中的短纤维含量及卫生指标。	2026-09-28
五、通用零部件						
1	通用零部件	1	直线度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.2		2026-09-28
		2	圆度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.4		2026-09-28
		3	圆柱度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.5		2026-09-28
		4	平行度	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.8		2026-09-28
		5	圆跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.14		2026-09-28
		6	全跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C.15		2026-09-28
		7	粗糙度	产品几何技术规范（GPS)表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法 GB/T 10610-2009 7		2026-09-28
		8	光滑工件尺寸	产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验 GB/T 3177-2009		2026-09-28
六、测量仪器（检测设备）						

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
1	作业场所环境气体检测报警仪	1	检测误差	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB12358- 2024 6.3.1.4	只测甲烷、丙烷、氢气、异丁烷、乙炔、丁二烯、乙醇、氧气、氨气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯化氢、氯乙烯、苯气体、丙烯腈、氰化氢、二氧化硫、一氧化氮、异丁烯、六氟化硫、环氧乙烷、氯气	2026-09-28
		2	重复性	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB12358- 2024 6.3.1.6		2026-09-28
		3	响应时间	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB12358- 2024 6.3.4		2026-09-28
		4	报警误差	作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求 GB12358- 2024 6.3.1.7		2026-09-28
七、商品净含量检测						
1	以质量标注净含量商品	1	毛重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 F F.1.3.1a F.1.3.2a		2026-09-28
		2	皮重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 C		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 4.2.1.4		2026-09-28
		4	筛重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 F F.3.3b		2026-09-28
		5	网筛和固形物重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 F F.3.3e		2026-09-28
2	以体积标注净含量商品	1	毛重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 G G.3.3a G.4.3a		2026-09-28
		2	皮重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 C		2026-09-28
		3	密度	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 G G.3.3c G.4.3c		2026-09-28
		4	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 4.2.1.4		2026-09-28
3	以长度标注净含量商品	1	仪器法测量长度	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 H H.1		2026-09-28
		2	直线法测量长度	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 H H.3		2026-09-28
		3	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 4.2.1.4		2026-09-28
4	以计数标注净含量商品	1	毛重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 K K.2.3a		2026-09-28
		2	皮重	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 C		2026-09-28
		3	单件重量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 K K.2.3d		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	计数法	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 K K.1		2026-09-28
		5	拆包计数法	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 附录 K K.4		2026-09-28
		6	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2023 4.2.1.4		2026-09-28
5	定量包装商品（肥皂）	1	总重	定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂 JJF1070.1-2011 5.4.2.1		2026-09-28
		2	皮重	定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂 JJF1070.1-2011 5.4.2.2		2026-09-28
		3	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 肥皂 JJF1070.1-2011 4.1.1		2026-09-28
6	定量包装商品（小麦粉）	1	总重	定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉 JJF1070.2-2011 5.4.4.2.①		2026-09-28
		2	皮重	定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉 JJF1070.2-2011 附录 C C.2.2.1 C.2.2.2 C.3.2.1 C.3.2.2		2026-09-28
		3	水分	定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉 JJF1070.2-2011 附录 A A.1.1 A1.2 A.2.1 A.2.2 附录 B B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4		2026-09-28
		4	字长	定量包装商品净含量计量检验规则 小麦粉 JJF1070.2-2011 4.1		2026-09-28
九、充换电产品						
1	电动汽车非车载充电机	1	*技术资料核查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.1		2026-09-28
		2	*外观检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
				6.1.2		
		3	*内部检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.3		2026-09-28
		4	*充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.4		2026-09-28
		5	*电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.5		2026-09-28
		6	*标志检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.6		2026-09-28
		7	*充电接口安全检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.1		2026-09-28
		8	*绝缘电阻测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.2		2026-09-28
		9	*接地测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.3		2026-09-28
		10	*防雷检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.4		2026-09-28
		11	*显示功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.1		2026-09-28
		12	*输入功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.2		2026-09-28
		13	*充电功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.3		2026-09-28
		14	*与上级监控系统通信功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.4		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		15	*急停功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.1		2026-09-28
		16	*开门保护试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.3		2026-09-28
		17	*低压辅助电源试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.2		2026-09-28
		18	*输出电压误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.3		2026-09-28
		19	*输出电压测量误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.4		2026-09-28
		20	*输出电流误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.5		2026-09-28
		21	*输出电流测量误差试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.5.6		2026-09-28
		22	*充电控制信号检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.2		2026-09-28
		23	*充电控制时序检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.3		2026-09-28
		24	*充电异常状态试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.2.4		2026-09-28
		25	*低压辅助上电及充电握手阶段检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.7.2		2026-09-28
		26	*充电参数配置阶段检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.7.3		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		27	*充电阶段检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.7.4		2026-09-28
		28	充电结束阶段检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.7.5		2026-09-28
2	电动汽车交流充电桩	1	*技术资料核查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.1		2026-09-28
		2	*外观检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.2		2026-09-28
		3	*内部检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.3		2026-09-28
		4	*充电模式和连接方式检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.4		2026-09-28
		5	*电缆管理及贮存检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.5		2026-09-28
		6	*标志检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.1.6		2026-09-28
		7	*充电接口安全检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.1		2026-09-28
		8	*绝缘电阻测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.2		2026-09-28
		9	*接地测试	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.3		2026-09-28
		10	*防雷检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.4		2026-09-28
		11	*剩余电流保护功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.2.5		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		12	*显示功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.1		2026-09-28
		13	*输入功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.2		2026-09-28
		14	*充电功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.3		2026-09-28
		15	*与上级监控系统通信功能	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.3.4		2026-09-28
		16	*急停功能试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.1		2026-09-28
		17	*开门保护试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.4.3		2026-09-28
		18	*充电控制信号检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.2		2026-09-28
		19	*充电控制时序检查	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.3		2026-09-28
		20	充电异常状态试验	电动汽车充电设备现场检验技术规范 NB/T 10901-2021 6.6.1.4		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章
在线扫码获取验证

名称：淄博市检验检测计量研究总院

地址：山东省淄博市张店区柳泉路西二巷 1 号

注册号：CNAS L0023

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2026 年 09 月 28 日　　截止日期：2028 年 12 月 30 日

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

附件 5　认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
一、热学							
1	工作用贵金属热电偶	温度	工作用贵金属热电偶检定规程 JJG141	419.527℃	U=0.6℃		2026-09-28
				660.323℃	U=0.6℃		2026-09-28
				1084.62℃	U=0.6℃		2026-09-28
2	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF1637	（300～1100）℃	U=1.0℃		2026-09-28
3	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130	（-80～100）℃	U=0.05℃		2026-09-28

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(100～200)℃	U=0.08℃		2026-09-28
				(200～400)℃	U=0.09℃		2026-09-28
4	标准水银温度计	温度	标准水银温度计检定规程 JJG161	(-30～100)℃	U=0.04℃		2026-09-28
				(100～200)℃	U=0.05℃		2026-09-28
				(200～300)℃	U=0.06℃		2026-09-28
5	二等铂铑 10-铂热电偶	温度	标准铂铑 10-铂热电偶检定规程 JJG75	419.527℃	U=0.6℃		2026-09-28
				660.323℃	U=0.6℃		2026-09-28
				1084.62℃	U=0.6℃		2026-09-28
6	工业铂热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG229	(-30～300)℃	U=0.05℃		2026-09-28
7	温湿度巡回检测仪	温度	温湿度巡回检测仪校准规范 JJF1171	铂电阻：（-80～300）℃	U=0.09℃		2026-09-28
				热电偶：（300～1200）℃	U=1.0℃		2026-09-28
		相对湿度		10%～95%	U=1.1%		2026-09-28
8	数字式温湿度计	温度	数字式温湿度计校准规范 JJF1076	(15～30)℃	U=0.22℃		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		相对湿度		40%RH～90 %RH（20℃）	U=1.3%RH		2026-09-28
9	精密露点仪	露点温度	精密露点仪检定规程 JJG499	（-70～20）℃	U=0.5℃		2026-09-28
10	*干体式温度校准器	温度	干体式温度校准器校准方法 JJF1257	(-40～420)℃	U=0.28℃		2026-09-28
11	*热电偶检定炉	温度	热电偶检定炉温度场测试技术规范 JJF1184	(300～1300)℃	U=0.3℃		2026-09-28
12	*恒温槽	温度	温度校准用恒温槽技术性能测试规范 JJF1030	温度均匀性：(-80～300)℃	U=0.003℃		2026-09-28
				温度波动性：(-80～300)℃	U=0.005℃		2026-09-28
13	*热电偶、热电阻自动测量系统	温度	热电偶、热电阻自动测量系统校准规范 JJF1098	热电偶:(300～1300)° C	U=1.2℃		2026-09-28
				热电阻:0 C	U=0.05℃		2026-09-28
				热电阻: 100° C	U=0.09℃		2026-09-28
14	温度变送器	温度	温度变送器校准规范 JJF1183	不带传感器（配热电偶）：(-200～1800)℃	U=0.3℃		2026-09-28
				不带传感器（配热电阻）：(-200～800)℃	U=0.1℃		2026-09-28
				带传感器（配热电阻）：(-80～400)℃	U=0.2℃		2026-09-28
				带传感器（配热电偶）：（0～400）℃	U=0.4℃		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				带传感器（配热电偶）：（400～1300）℃	U=1.0℃		2026-09-28
15	压力式温度计	温度	压力式温度计校准规范 JJF1909	(-80～100)℃	U=0.3℃		2026-09-28
				(100～400)℃	U=0.4℃		2026-09-28
16	工作用辐射温度计	温度	工作用辐射温度计检定规程 JJG856	波长（8～14）μm：（50～100）℃	U=1.9℃		2026-09-28
				波长（8～14）μm：(100～600)℃	U=3.2℃		2026-09-28
				波长（8～14）μm：(600～1000)℃	U=9.4℃		2026-09-28
				波长 0.9 μm：(1000～1400)℃	U=9.4℃		2026-09-28
17	双金属温度计	温度	双金属温度计校准规范 JJF1908	（-80～400）℃	U=0.4℃		2026-09-28
18	机械式温湿度计	温度	机械式温湿度计检定规程 JJG205	(15～30)℃	U=0.4℃		2026-09-28
		相对湿度		40%RH～90 %RH（20℃）	U=1.7%RH		2026-09-28
19	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF1101	（-80～300）℃	U=0.2℃		2026-09-28
		湿度		10%RH～ 98%RH	U=1.2%RH		2026-09-28
20	工作用隐丝式光学高温计	温度	工作用隐丝式光学高温计检定规程 JJG68	(800～1100)℃	U=9.8℃		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				(1100～1400)℃	U=8.4℃		2026-09-28
				(1400～2000)℃	U=9.2℃		2026-09-28
21	*模拟式温度指示调节仪	温度	模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG951	配热电阻：(-200～800)℃	U=0.4℃		2026-09-28
				配热电偶：(0～1200)℃	U=0.8℃		2026-09-28
22	*数字温度指示调节仪	温度	数字温度指示调节仪检定规程 JJG617	配热电阻：(-200～400)℃	U=0.2℃		2026-09-28
				配热电阻：(400～800)℃	U=0.3℃		2026-09-28
				配热电偶：(0～1200) ℃	U=0.8℃		2026-09-28
				配热电偶：(1200～1800) ℃	U=1.0℃		2026-09-28
23	工作用数字温度计	温度	工作用数字温度计校准规范 JJF(鲁)90	（-80～300）℃	U=0.2℃		2026-09-28
				（300～1000）℃	U=1.5℃		2026-09-28
24	*蒸汽灭菌器	温度	蒸汽灭菌器温度、压力校准规范 JJF（浙）1120	（20～150）℃	U=0.4℃		2026-09-28
		压力		（3～500）kPa	U=1.6kPa		2026-09-28
25	*液体恒温试验设备	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF2019	（-80～300）℃	U=0.4℃		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
26	*温湿度标准箱	温度	温湿度标准箱 JJF1564	温度均匀度（5～50）℃	U=0.12 ℃		2026-09-28
				温度波动度（5～50）℃	U=0.05 ℃		2026-09-28
				温度变化率(0～10)℃/min	U=0.10℃/min		2026-09-28
		湿度		湿度均匀度 10%RH～90%RH	U=0.6%RH		2026-09-28
				湿度波动度 10%RH～90%RH	U=0.4%RH		2026-09-28
				湿度变化率(0～20）%RH/min	U=0.2%RH/min		2026-09-28
27	热敏电阻测温仪	温度	热敏电阻测温仪校准规范 JJF1379	（-50～80）℃	U=0.013℃		2026-09-28
				（80～200）℃	U=0.030℃		2026-09-28
28	电接点玻璃水银温度计	温度	电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG131	（-30～300）℃	U=0.08℃		2026-09-28
29	*温度显示仪	温度	温度显示仪校准规范 JJF1664	模拟仪表配热电阻：(-200～800) ℃	U=0.4℃		2026-09-28
				数字仪表配热电阻：(-200～800) ℃	U=0.2℃		2026-09-28
				模拟仪表配热电偶：(0～1800) ℃	U=1.0℃		2026-09-28
				数字仪表配热电偶：(0～1800) ℃	U=0.8℃		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				模拟仪表配电流：(4～20) mA	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
				数字仪表配电流：(4～20)mA	U_{rel}=0.2%		2026-09-28
30	*工业过程测量记录仪	温度	工业过程测量记录仪检定规程 JJG74	配热电阻：(-200～800) ℃	U=0.4℃		2026-09-28
				配热电偶：(0～1800) ℃	U=1.0℃		2026-09-28
				配电流：(4～20)mA	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
31	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	（0～1200）℃	U=1.2℃		2026-09-28
32	阻容法露点湿度计	露点	阻容法露点湿度计校准规范 JJF 1272	（-70.0～20.0）℃	U=0.46℃		2026-09-28
33	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF1262	(300～1300）℃	U=0.85℃		2026-09-28
34	*盐雾试验箱	温度	盐雾试验箱校准规范 JJF 2168	（20～100）℃	U=0.2℃		2026-09-28
		盐雾沉降率		盐雾沉降率：（1～2）mL/（h·80cm^2）	U=0.04mL/(h·80cm^2)		2026-09-28
35	补偿导线	温度	廉金属热电偶校 准规范 附录 C 热 电偶用补偿导线校准方法 JJF1637	（-40～200）℃	U=0.1℃		2026-09-28
36	WBGT 指数仪温度计	温度	WBGT 指数仪温度计校准规范 JJF 1407	（5～120）℃	U=0.3℃		2026-09-28
二、力学							

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	数字滴定器	容量	数字滴定器校准规范 JJF（鲁）172	（1～100）mL	U=（5.6～35）μL		2026-09-28
2	瓶口分液器	容量	瓶口分液器校准规范 JJF（冀）181	（0.1～200）mL	U=（0.001～0.22）mL		2026-09-28
3	塑料量器	容量	塑料量器校准规范 JJF（吉）108	（0.1～5000）mL	U=（0.001～88）mL		2026-09-28
4	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG196	(0.1～1)mL	U=0.002mL	仅测衡量法	2026-09-28
				(>1～10)mL	U=0.004mL		2026-09-28
				(>10～20)mL	U=0.008mL		2026-09-28
				(>20～100)mL	U=0.034mL		2026-09-28
				(>100～200)mL	U=0.06mL		2026-09-28
				(>200～500)mL	U=0.12mL		2026-09-28
				(>500～1000)mL	U=0.20mL		2026-09-28
				(>1000～2000)mL	U=0.38mL		2026-09-28
5	微量进样器	容量	微量进样器校准规范 JJF（鲁）173	（0.1～1000）μL	U=（0.002～3.6）μL		2026-09-28
6	活塞式压力计	压力	活塞式压力计检定规程 JJG59	(0.04～60)MPa	U_{rel}=0.013%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
7	*机械天平	质量	机械天平检定规程 JJG98	0.001g～20kg	U=0.05mg～52mg		2026-09-28
8	砝码	质量	砝码检定规程 JJG99	（1～500）mg	U=（0.003～0.03）mg		2026-09-28
				(1～500)g	U=(0.03～1.0)mg		2026-09-28
				(1～20)kg	U=(1.5～34)mg		2026-09-28
				(500～1000)kg	U=(3.3～5.6)g		2026-09-28
9	*插拔力试验装置	力值	专用工作测力机校准规范 JJF1134	(4～5000)N	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
10	*分离式液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG621	4kN～1MN	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
11	标准金属量器	容量	标准金属量器检定规程 JJG259	20L	U_{rel}=0.038%		2026-09-28
				50L	U_{rel}=0.038%		2026-09-28
				100L	U_{rel}=0.038%		2026-09-28
12	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG455	(4～1000)N	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
13	*恒定加力速度建筑材料试验机	力值	恒定加力速度建筑材料试验机检定规程 JJG1025	(2.4～2000)kN	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
14	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG476	(0.6～10)kN	U_{rel}=0.4%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
15	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139	10N～5MN	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
		位移		（0～1000）mm	U=0.15mm		2026-09-28
16	*非金属拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139	4N～50kN	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
17	*弹簧拉压试验机	力值	专用工作测力机校准规范 JJF1134	4N～50kN	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
18	*电子万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG475	10N～5MN	U_{rel}=0.4%～0.6%		2026-09-28
		位移		（0～1000）mm	U=0.15mm		2026-09-28
		速度		（0～200）mm/min	U=0.18mm/min		2026-09-28
19	A 型邵氏硬度计	力值	A 型邵氏硬度计检定规程 JJG304	（1～10）N	U=23mN		2026-09-28
		长度		(2.46～2.54)mm	U=2μm		2026-09-28
		角度		（34～36）°	U=15′		2026-09-28
20	*携带式布氏硬度计	硬度	携带式布氏硬度计校准规范 JJF 1595	（100～400）HBS	U_{rel}=2%		2026-09-28
21	*金属布氏硬度计	硬度	金属布氏硬度计检定规程 JJG150	HBW2.5/187.5：（8～650）HBW	U_{rel}=1.3%		2026-09-28
				HBW5/750：（8～650）HBW	U_{rel}=1.4%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				HBW5/250：（8～650）HBW HBW	U_{rel}=1.7%		2026-09-28
				HBW10/3000：（8～650）HBW	U_{rel}=2.2%		2026-09-28
				HBW2.5/62.5：（8～650）HBW	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
				104HBW10/1000:（8～650）HBW	U_{rel}=3.2%		2026-09-28
22	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计（A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T 标尺）检定规程 JJG112	(20～70)HRC	U=1.0HR		2026-09-28
				(75～88)HRA	U=1.0HR		2026-09-28
				(80～100)HRB	U=1.0HR		2026-09-28
23	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG747	（490～830）HLD	U=8HLD		2026-09-28
24	*金属维氏硬度计	硬度	金属维氏硬度计检定规程 JJG151	HV1:(700～800)HV	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
				HV5:(175～225)HV	U_{rel}=3.8%		2026-09-28
				HV10:(400～600)HV	U_{rel}=5.0%		2026-09-28
				HV30:(400～800)HV	U_{rel}=3.1%		2026-09-28
25	电磁流量计	流量	电磁流量计检定规程 JJG 1033	DN(15～300)mm(0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
26	差压式流量计	流量	差压式流量计检定规程 JJG 640	DN(15～300)mm 液体：(0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
27	涡轮流量计	流量	涡轮流量计检定规程 JJG1037	DN(15～300)mm 液体：(0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
				DN(20～300)mm，气体：(1～6500)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
28	涡街流量计	流量	涡街流量计检定规程 JJG1029	DN(15～300)mm 液体：(0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
				DN(20～300)mm，气体：(1～6500)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
29	*超声流量计	流量	超声流量计检定规程 JJG1030	液体:DN(15～300)mm(0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
				液体在线：DN(50～1200)mm (2～5878)m^3/h	U_{rel}=1.6%		2026-09-28
				气体：DN(20～300)mm，(1～6500)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
30	气体容积式流量计	流量	气体容积式流量计检定规程 JJG633	DN(20～300)mm 气体：（1～6500）m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
31	冷水水表	流量	饮用冷水水表检定规程 JJG 162	DN(15～300)mm (0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
32	测振仪	振动	测振仪检定规程 JJG 676	（10～5000）Hz	U_{rel}=3%		2026-09-28
33	精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49	(-0.1～60)MPa	U=0.09%FS		2026-09-28
34	一般压力表、压力真空表、真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52	(-0.1～60)MPa	U=0.36%FS		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
35	带弹簧管压力表的气体减压器	压力	带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF1328	（0.01～25）MPa	U_{rel}=0.8%		2026-09-28
36	液位计	长度	液位计检定规程 JJG 971	（0～2500）mm	U=1.5mm		2026-09-28
37	电动、气动扭矩扳子	扭矩	电动、气动扭矩扳子校准规范 JJF 1610	（2～1000）Nm	U_{rel}=0.79%		2026-09-28
38	数字式轮胎压力表	压力	数字式轮胎压力表检定规程 JJG 1201	（0.1～2.5）MPa	U=0.32%FS		2026-09-28
39	D 型邵氏硬度计	力值	D 型邵氏硬度计 JJG 1039	（5～50）N	U=0.12N		2026-09-28
		长度		（1.20～2.54）mm	U=0.02mm		2026-09-28
		角度		（29～31）°	U=1°		2026-09-28
40	*电子天平	质量	电子天平检定规程 JJG 1036	（1～100）mg	U=（0.07～0.16）mg		2026-09-28
				（0.1～10）g	U=（0.16～0.17）mg		2026-09-28
				（10～500）g	U=（0.17～23）mg		2026-09-28
				（0.5～5）kg	U=（0.023～0.16）g		2026-09-28
				（5～60）kg	U=（0.16～1.5）g		2026-09-28
41	*质量比较仪	质量	质量比较仪校准规范 JJF 1326	（1～100）mg	U=（0.007～0.012）mg		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				（0.1～10）g	U=（0.012～0.017）mg		2026-09-28
				（10～500）g	U=（0.017～0.11）mg		2026-09-28
42	*数字压力表（计）	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	（-0.1～60）MPa	U=0.01%FS		2026-09-28
43	*压力变送器	压力	压力变送器检定规程 JJG882	(0.1～100)kPa	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
				100kPa～2MPa	U_{rel}=0.04%		2026-09-28
44	*流量积算仪	流量	流量积算仪检定规程 JJG1003	(0.01～20)t/h	U_{rel}=0.05%		2026-09-28
45	工业用热传导真空计	真空度	工业用热传导真空计校准规范 JJF1050	(0.5～10)Pa	U_{rel}=5%～3.5%		2026-09-28
				(10～100)Pa	U_{rel}=3.5%～3.7%		2026-09-28
				100Pa～3kPa	U_{rel}=3.7%～2.6%		2026-09-28
46	电离真空计	真空度	电离真空计校准规范 JJF1062	（2×10^{-4} ～1×10^{-1} ）Pa	U_{rel}=7.2%～3.9%		2026-09-28
				（1×10^{-1} ～1×10^{2} ）Pa	U_{rel}=3.9%～0.5%		2026-09-28
47	电容薄膜真空计	真空度	电容薄膜真空计校准规范 JJF1503	0.2Pa～100Pa	U_{rel}=3.5%～1.1%		2026-09-28
				100Pa～100kPa	U_{rel}=1.1%～0.3%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
48	液体容积式流量计	流量	液体容积式流量计检定规程 JJG 667	DN(15～300)mm (0.2～1780) m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
49	科里奥利质量流量计	流量	科里奥利质量流量计检定规程 JJG 1038	DN(15～300)mm 液体：(0.2～1780)m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
				DN(20～300)mm，气体：(1～6500)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
50	热式气体质量流量计	流量	热式气体质量流量计检定规程 JJG 1132	DN(20～300)mm，(1～6500)m^3/h	U_{rel}=0.33%		2026-09-28
51	孔口流量计	流量	孔口流量计校准规范 JJF 2033	DN(20～50)mm (17～1000)L/min	U_{rel}=0.48%		2026-09-28
52	液体浮子流量计	流量	浮子流量计检定规程 JJG 257	DN(15～300)mm(0.2～1780)m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
53	靶式流量计	流量	靶式流量计检定规程 JJG 461	DN(15～300)mm 液体：(0.2～1780)m^3/h	U_{rel}=0.22%		2026-09-28
54	皂膜流量计	容量	皂膜流量计检定规程 JJG 586	（10～6000）mL	U_{rel}=0.30%		2026-09-28
55	李氏密度瓶	容量	李氏密度瓶检定规程 JJG(交通)092	（1～24）mL	U=（0.014～0.14）mL		2026-09-28
56	移液器	容量	移液器检定规程 JJG646	（0.1～10）μL	U=（0.006～0.01）μL		2026-09-28
				（10～10000）μL	U=(0.01～8.4)μL		2026-09-28
57	专用玻璃量器	容量	专用玻璃量器检定规程 JJG10	（0.02～100）mL	U=（0.0001～0.2）mL		2026-09-28
58	*明渠堰槽流量计	流量	明渠堰槽流量计检定规程(试行)JJG 711	（0.001～93）m^3/s	U_{rel}=1.0%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		液位		(0～1000)mm	U=0.5mm		2026-09-28
59	*微差压表	压力	微差压表检定规程 JJG（津）03	（-5～5）kPa	U=0.7%FS		2026-09-28
60	力传感器	力值	力传感器检定规程 JJG391	（10～100）kN	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
61	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG539	1g～30kg,e=(1～10)g	U=(0.1～2.6)g		2026-09-28
				(30～1000)kg,e=(20～500)g	U=(3.1～96)g		2026-09-28
				(1～10)t,e=(1～5)kg	U=(0.8～3)kg		2026-09-28
				(10～100)t，e=(10～20)kg	U=(1.8～8)kg		2026-09-28
				(100～200)t，e=(50～100)kg	U=(4.5～16)kg		2026-09-28
62	*电磁流量计（在线）	流量	电磁流量计在线校准规范 JJF 2216	DN(50～1200)mm (2～5878)m^3/h	U_{rel}=1.6%		2026-09-28
63	扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG707	(0.5～1000) Nm	U_{rel}=1.4%		2026-09-28
64	压力控制器	压力	压力控制器检定规程 JJG544	(-0.1～60)MPa	U=0.26%FS		2026-09-28
三、光学							
1	逆反射测量仪	逆反射系数	逆反射测量仪校准规范 JJF1809	（2.0～400.0）$cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$	U=3.8%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
2	紫外辐射照度计	辐照度	紫外辐射照度计检定规程 JJG 879	UVA 波段：（10～1000）μW/cm²	U_{rel}=8.6%		2026-09-28
				UVC 波段：（10～800）μW/cm²	U_{rel}=9.4%		2026-09-28
3	光照度计	照度	光照度计检定规程 JJG 245	（5～200）lx	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
				（＞200～2000）lx	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
				（＞2000～3000）lx	U_{rel}=1.0%		2026-09-28
四、化学							
1	*硫化氢气体检测仪	浓度	硫化氢气体检测仪检定规程 JJG695	（1～100） μmol/mol	U_{rel}=2.5%		2026-09-28
2	*氯气检测报警仪	浓度	氯气检测报警仪校准规范 JJF1433	（1～100） μmol/mol	U_{rel}=2.9%		2026-09-28
3	*一氧化碳检测报警器	浓度	一氧化碳检测报警器检定规程 JJG915	（1～1000） μmol/mol	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
4	开口/闭口闪点测定仪	闪点	开口/闭口闪点测定仪校准规范 JJF 1384	开口：(100～250)℃	U=8.0℃		2026-09-28
				闭口：(70～200)℃	U=5.0℃		2026-09-28
5	微量氧分析仪	浓度	微量氧分析仪检定规程 JJG 945	（1～10） μmol/mol	U_{rel}=2.3%		2026-09-28
				（10～1000） μmol/mol	U_{rel}=1.6%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	顺磁式氧分析器	气体浓度	顺磁式氧分析器检定规程 JJG662	（1～100）×10^{-2} mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-28
7	熔体流动速率仪	熔体质量流动速率	熔体流动速率仪检定规程 JJG878	(1～5)g/10min	U=(0.20～0.36)g/10min		2026-09-28
		熔体体积流动速率		(13～18)cm^3/10min	U=1.1cm^3/10min		2026-09-28
		温度		(150～400)℃	U=0.14℃		2026-09-28
8	尘埃粒子计数器	粒子浓度	尘埃粒子计数器校准规范 JJF1190	0.5μm:(4500～55000)个/28.3L	U_{rel}=14%		2026-09-28
9	*可燃气体检测报警器	浓度	可燃气体检测报警器检定规程 JJG693	氢气、异丁烷、甲烷、丙烷：10%LEL、40%LEL、60%LEL	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
10	*挥发性有机化合物光离子化检测仪	浓度	挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范 JJF1172	（1～2000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
11	*苯气体检测报警器	浓度	苯气体检测报警器校准规范 JJF1674	（1～100）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
12	*氨气检测仪	浓度	氨气检测仪检定规程 JJG1105	（1～1000）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.8%		2026-09-28
13	*氯乙烯气体检测报警仪	浓度	氯乙烯气体检测报警仪检定规程 JJG1125	（1～100）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=2.4%		2026-09-28
14	臭氧气体分析仪	浓度	臭氧气体分析仪检定规程 JJG1077	（0.1～400）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.0%		2026-09-28
15	*电化学氧测定仪	浓度	电化学氧测定仪检定规程 JJG365	（1～100）×10^{-2} mol/mol	U_{rel}=1.1%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
16	*氯化氢气体检测报警器	浓度	氯化氢气体检测报警器校准规范 JJF1888	（1～100）×10^{-6}mol/mol	U_{rel}=3.4%		2026-09-28
17	*六氟化硫检测报警仪	浓度	六氟化硫检测报警仪校准规范 JJF1263	（1～1000）×10^{-6} mol/mol	U_{rel}=2.0%		2026-09-28
18	*丙烯腈气体检测仪	浓度	丙烯腈气体检测仪校准规范 JJF 2113	（1～100）μmol/mol	U_{rel}=2.6%		2026-09-28
19	*氰化氢气体检测报警仪	浓度	氰化氢气体检测报警仪校准规范 JJF（吉） 115	（1～20）μmol/mol	U_{rel}=3.8%		2026-09-28
20	*在线尘埃粒子计数器	粒子浓度	在线尘埃粒子计数器校准规范 JJF 2295	(3000～10000)个/28.3L	U_{rel}=7.1%		2026-09-28
五、机动车专用测量仪器							
1	*机动车前照灯检测仪	发光强度	机动车前照灯检测仪检定规程 JJG 745	(5～60)kcd	U_{rel}=7.3%		2026-09-28
		角度		上 1° ～下 2°	U=6′		2026-09-28
				左 2° ～右 2°	U=6′		2026-09-28
2	*车轮动平衡机	质量	车轮动平衡机校准规范 JJF 1151	(5～150)g	U=4.5g		2026-09-28
3	*汽车制动操纵力计	力值	汽车制动操纵力计校准规范 JJF 1169	(100～1000)N	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
4	*汽车侧滑检验台	侧滑量	汽车侧滑检验台检定规程 JJG 908	(-10～10)m/km	U=0.08m/km		2026-09-28
5	*滚筒式车速表检验台	速度	滚筒式车速表检验台检定规程 JJG 909	(10～200)km/h	U_{rel}=0.6%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	*滚筒反力式制动检验台	力值	滚筒反力式制动检验台检定规程 JJG 906	(500～30000)N	U_{rel}=1.7%	不测动态	2026-09-28
		附着系数		0.7～1.0	U=0.06		2026-09-28
		滑移率		5%～40%	U=3%		2026-09-28
7	*机动车检测专用轴（轮）重仪	质量	机动车检测专用轴（轮）重仪检定规程 JJG 1014	(100～20000)kg	U_{rel}=0.66%		2026-09-28
8	*机动车方向盘转向力－转向角检测仪	角度	机动车方向盘转向力－转向角检测仪校准规范 JJF 1196	1°～1080°	U=0.9°		2026-09-28
		力矩		(20～100)Nm	U_{rel}=0.65%		2026-09-28
		力值		(100～500)N	U_{rel}=0.9%		2026-09-28
9	*便携式制动性能测试仪	减速度	便携式制动性能测试仪校准规范 JJF 1168	静态：(0～4.9)m/s^2	U=0.04m/s^2		2026-09-28
				静态：(4.9～9.81)m/s^2	U_{rel}=0.6%		2026-09-28
				动态：(0.10～9.81)m/s^2	U_{rel}=1.6%		2026-09-28
10	*汽车排气污染物检测用底盘测功机	力值	汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范 JJF 1221	(0.5～30)kN	U_{rel}=0.76%		2026-09-28
		速度		(5～100)km/h	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
		长度		(200～500)mm	U=0.1mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
		时间		(1～300)s	U=6ms		2026-09-28
11	*非接触多功能速度仪	速度	非接触多功能速度仪校准规范 JJF 1193	(5～180)km/h	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
		距离		(25～300)m	U_{rel}=0.3%		2026-09-28
12	*汽车悬架装置检测台	力值	汽车悬架装置检测台校准规范 JJF 1192	(0.1～30)kN	U_{rel}=0.7%		2026-09-28
		频率		(10～80)Hz	U_{rel}=1%		2026-09-28
13	*平板式制动检验台	力值	平板式制动检验台检定规程 JJG 1020	(5～50)kN	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
14	*滤纸式烟度计	烟度值	滤纸式烟度计检定规程 JJG 847	(1～10)BSU	U=0.2BSU		2026-09-28
15	*透射式烟度计	光吸收比	透射式烟度计检定规程 JJG 976	0.1%～98.6%	U=0.7%		2026-09-28
16	*汽车排放气体测试仪	浓度	汽车排放气体测试仪检定规程 JJG 688	C_3H_8：(170～3680)×10^{-6}	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				CO:(0.425～5.52)×10^{-2}	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				CO_2:(3.06～13.8)×10^{-2}	U_{rel}=1.6%		2026-09-28
				NO:(255～3450)×10^{-6}	U_{rel}=1.8%		2026-09-28
				O_2:(0.425～24.03)×10^{-2}	U_{rel}=1.6%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
17	*汽车用透光率计	光透射比	汽车用透光率计校准规范 JJF 1225	0.1%～100%	U=0.8%		2026-09-28
18	机动车发动机转速测量仪	转速	机动车发动机转速测量仪校准规范 JJF 1375	(500～6000)r/min	U_{rel}=0.13%		2026-09-28
19	*汽车外廓尺寸检测仪	长度	汽车外廓尺寸检测仪校准规范 JJF 1749	(1～50)m	U_{rel}=0.26%		2026-09-28
20	*汽车加载制动检验台	力值	汽车加载制动检验台检定规程 JJG 1160	(0.5～30)kN	U_{rel}=1.5%		2026-09-28
		质量		(100～3000)kg	U_{rel}=1.3%		2026-09-28
		附着系数		0.7～1.0	U=0.06		2026-09-28
		滑移率		5%～40%	U=3%		2026-09-28
21	*柴油车氮氧化物检测仪	浓度	柴油车氮氧化物（NO_x）检测仪校准规范 JJF 1873	NO:(255～3450)×10^{-6}	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
				NO_2:(42.5～690)×10^{-6}	U_{rel}=2.7%		2026-09-28
				CO_2:(1.7～13.8)×10^{-2}	U_{rel}=1.2%		2026-09-28
22	机动车驻车制动性能测试装置	力值	机动车驻车制动性能测试装置校准规范 JJF 1671	(1～300)kN	U_{rel}=0.52%		2026-09-28
23	汽车检测设备用标准中性滤光片	透射比	汽车检测设备用标准中性滤光片校准规范 JJF 2046	0～1	U=0.005		2026-09-28
24	*零气发生器	浓度	零气发生器校准规范 JJF 2159	NO:(0.1～20)×10^{-6}mol/mol	U=0.44×10^{-6}mol/mol		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
				CO:(0.1～20)×10^{-6}mol/mol	U=0.46×10^{-6}mol/mol		2026-09-28
				NO_2:(0.1～20)×10^{-6}mol/mol	U=0.44×10^{-6}mol/mol		2026-09-28
				C_3H_8:(0.2～40)×10^{-6}mol/mol	U=0.88×10^{-6}mol/mol		2026-09-28
				O_2:(0.1～25)×10^{-2}mol/mol	U=0.46×10^{-2}mol/mol		2026-09-28
				CO_2:(0.2～40)×10^{-6}mol/mol	U=0.92×10^{-6}mol/mol		2026-09-28
25	*客车通道、引道测量装置	长度	客车通道、引道测量装置校准规范 JJF 2047	高度/宽度:(300～1900)mm	U=1.3mm		2026-09-28
				厚度:(7～20)mm	U=0.1mm		2026-09-28
				直径:(300～550)mm	U=0.3mm		2026-09-28
				直线度:(0～5)mm	U=0.4mm		2026-09-28
26	机动车检测用气象单元	温度	机动车检测用气象单元校准规范 JJF 2214	(-30～300)℃	U=0.2℃		2026-09-28
		相对湿度		10%～95%	U=1.1%		2026-09-28
		大气压		(10～120)kPa	U=0.4kPa		2026-09-28
七、建筑、交通专用测量仪器							

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
1	*混凝土收缩膨胀仪	长度	混凝土收缩膨胀仪校准规范 JJF(冀) 139	(1～9)mm	U=4μm		2026-09-28
				(100～550)mm	U=3μm		2026-09-28
2	回弹仪	率定值	回弹仪检定规程 JJG 817	0～90	U=0.6	只校准M225型混凝土回弹仪。	2026-09-28
		长度		(0～150)mm	U=0.05mm		2026-09-28
		力值		(0.2～1.0)N	U=0.04N		2026-09-28
		刚度		(65～1045)N/m	U=7N/m		2026-09-28
3	*水泥胶砂流动度测定仪	时间	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通) 096	(20～30)s	U=0.36s		2026-09-28
		质量		(4.2～4.5)kg	U=0.03kg		2026-09-28
		长度		(50～302)mm	U=0.15mm		2026-09-28
4	*水泥雷氏夹膨胀测定仪	长度	水泥雷氏夹膨胀测定仪校准规范 JJF(建材) 110	(0.1～25)mm	U_{rel}=0.4%		2026-09-28
		质量		(290～310)g	U=0.03g		2026-09-28
5	钢筋保护层、楼板厚度测量仪	长度	钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224	(12～60)mm	U=0.7mm		2026-09-28
				(70～300)mm	U=0.7mm		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
6	贯入式砂浆强度检测仪	力值	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	(780～820)N	U_{rel}=0.5%		2026-09-28
		长度		(3～41)mm	U=0.05mm		2026-09-28
7	钢筋标距仪	长度	钢筋标距仪校准规范 JJF（皖）103	(350～450)mm	U=1.0mm		2026-09-28
				(9.5～10.5)mm	U=0.05mm		2026-09-28
8	*土工击实仪	长度	土工击实仪检定规程 JJG（交通）058	(45～55)mm	U=0.1mm		2026-09-28
				(290～460)mm	U=0.2mm		2026-09-28
		质量		(2450～4550)g	U=1.2g		2026-09-28
9	沥青针入度仪	温度	沥青针入度仪校准规范 JJF 1208	(10～50)℃	U=0.1℃		2026-09-28
		长度		(2～100)mm	U=0.02mm		2026-09-28
				(0.1～2)mm	U=4μm		2026-09-28
		质量		(3～105)g	U=0.06g		2026-09-28
		角度		8°～10°	U=10′		2026-09-28
10	*量水器	容量	量水器校准规范 JJF(新)48	(100～225)mL	U=0.03mL		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（k=2）	说明	生效日期
八、气象、海洋专用测量仪器							
1	表层水温表	温度	表层水温表检定规程 JJG289	（-5～40）℃	U=0.07℃		2026-09-28
十一、电磁学							
1	磁强计	磁感应强度	磁力式磁强计校准规范 JJF1656	(0.05～10)mT	U_{rel}=2.5%		2026-09-28

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证